

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AREA AGGREGATA 2 DI DURATA BIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA, SUTURATICI, SUTURATICI LINEARI, TROCAR E CLIPS, PER LE NECESSITA' DELL'A.O. SAN GIOVANNI-ADDOLORATA, DELL'IFO, DEL POLICLINICO TOR VERGATA, DELL'A.O. S. ANDREA DELL'ASL ROMA 1 E DELL'ASL ROMA 2 (CAPOFILA) PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DI € 28.247.249,73=(IVA ESCLUSA), PIU' € 14.123.624,87=(IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO ANNUALE

COMPOSTO DA N 104 LOTTI INDIVISIBILI

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DELLA GARA
- ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 4 UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
- ART. 5 CONFORMITA' DELLA FORNITURA
- ART. 6 CONFEZIONAMENTO
- ART. 7 GESTIONE CONTRATTUALE - CONSEGNE
- ART. 8 CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA
- ART. 9 GESTIONE RESI
- ART. 10 PENALITA'
- ART. 11 CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E COLLAUDO
- ART. 12 MANUTENZIONE- ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE
- ART. 13 GARANZIE DI ESECUZIONE - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 14 ESTENSIONE CONTRATTUALE
- ART. 15 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
- ART. 16 ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 RECESSO
- ART. 19 OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. (DUVRI)
- ART. 20 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
- ART. 21 CONTROVERSIE
- ART. 22 ADEGUAMENTO PREZZI
- ART. 23 CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- ART. 25 RISERVATEZZA
- ART. 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ALLEGATI:

- ALLEGATO "A": CAPITOLATO TECNICO
- ALLEGATO "A1" CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 1

OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato unitamente agli atti di gara nel loro complesso disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall'espletamento di specifica procedura concorsuale aperta di durata biennale disposta ai sensi degli art. 58 comma 2 e dell'art. 60 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'acquisizione della fornitura di dispositivi medici per chirurgia laparoscopica, suturatici, suturatici lineari, trocar e clips, per le necessità delle Aziende facenti parte dell'Area DI Aggregazione " Roma 2" quali:

dell'A.O. San Giovanni- Addolorata,

dell'IFO,

del Policlinico Tor Vergata,

dell' A.O. S. Andrea,

dell'ASL Roma 1 e

dell'ASL Roma 2, di seguito definite per brevità Aziende Sanitarie.

L'ASL ROMA 2 , in qualità di Stazione Appaltante, è responsabile dell'aggiudicazione della procedura concorsuale aggregata, di che trattasi costituita da n. 104 lotti indivisibili di gara.

L'esecuzione della fornitura è soggetta alle norme previste dal Bando di gara, dal Disciplinare e relativi allegati, dal presente Capitolato speciale, e dal D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017.

Sono inoltre applicate tutte le norme contenute nel codice civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare, il rifornimento regolare e sistematico dei prodotti individuati nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), nelle quantità e con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze delle Aziende Sanitarie che di volta in volta si manifesteranno, tramite l'emissione di appositi ordinativi di fornitura. Pertanto, i fabbisogni individuati nel richiamato Capitolato Tecnico debbono intendersi stimati in via puramente indicativa e la Ditta contraente non potrà muovere alcuna eccezione, per ogni maggiore o minore quantità di prodotti effettivamente forniti in dipendenza delle reali necessità degli Enti di cui è costituita la presente gara aggregata, nei limiti previsti della normativa vigente in materia.

La durata della fornitura dei prodotti oggetto di gara è fissata in 24 mesi a decorrere dalla stipula dei relativi contratti da parte di ognuna delle Aziende costituenti la presente Aggregazione fatto salvo l'esercizio da parte dell'Azienda Capofila dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante, d'intesa con le Aziende Sanitarie, si riserva, la facoltà, inoltre, di concordare esplicitamente con l'/gli Impresa/e contraente/i l'eventuale rinnovo di un anno del contratto.



Alla scadenza contrattuale, la ditta fornitrice è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori sei mesi, ovvero per il tempo necessario all'aggiudicazione di un nuovo appalto a cura della Regione Lazio o della Consip ovvero da qualsiasi altro soggetto aggregatore indicato dalla predetta Regione Lazio.

ART. 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dall'ASL ROMA 2 con deliberazione n.16/cs del 21/01/2016, per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica fino all'aggiudicazione della gara in argomento, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, è la Dr.ssa Sabrina Cenciarelli.

Una volta disposta l'aggiudicazione il suddetto R.U.P. trasmetterà ai competenti organi delle Aziende Sanitarie aggregate il provvedimento di aggiudicazione.

Il R.U.P. di ciascuna Azienda Sanitaria che opera in stretta correlazione con il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà individuato alla stipula del contratto nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella vigente normativa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della gara di appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al rispettivo R.U.P. le eventuali inadempienze della/e Ditta/e aggiudicataria/e al fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo n. 10.

ART. 4

UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796 lettera v) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, si precisa che qualora il Ministero della Salute stabilisca con proprio Decreto i prezzi da assumere a base d'asta per i dispositivi oggetto di negoziazione, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adeguare le quotazioni economiche applicate in sede di gara a quelle fissate nei relativi Decreti.

Qualora nelle more dell'aggiudicazione definitiva o nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati od ulteriori aggregazioni d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento della fornitura di che trattasi, le Aziende sanitarie aggregate si riservano la facoltà di richiedere alla/e Ditte aggiudicataria/e l'adeguamento dei prezzi alle condizioni contrattuali scaturite nelle predette procedure di acquisto, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che organizzativo, ovvero di recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara.

Nel caso in cui la/le aggiudicataria/e non aderisca/no a detto adeguamento, sarà facoltà della Stazione Appaltante e delle Aziende sanitarie di risolvere il contratto relativamente ai prodotti in questione, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto dovuto per le prestazioni eventualmente rese.

ART. 5

CONFORMITA' DELLA FORNITURA

I prodotti offerti, le relative confezioni, etichette, devono essere conformi alla norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla importazione e/o alla immissione in commercio. In particolare si richiamano le ditte concorrenti al rispetto obbligatorio dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) recepita con D.Lgs. 24 Febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

I prodotti oggetto della fornitura debbono inoltre essere conformi, oltre a quanto descritto nel presente capitolato e nell'Allegato Capitolato Tecnico, alle norme previste dalla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea vigenti (ove applicabili) nonché alle norme sulle modalità di sterilizzazione (ove applicabili).

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

L'Ente appaltante, pertanto, si riserva la facoltà di escludere offerte di articoli che presentino misure eccedenti gli scarti consentiti, senza che le concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.

I dispositivi medici di cui trattasi devono essere obbligatoriamente latex free in quanto la presenza di lattice, anche in piccole quantità, può rappresentare un potenziali allergenico per i pazienti.

La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Ente committente, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

ART. 6

CONFEZIONAMENTO

I prodotti offerti oltre a corrispondere ai requisiti tecnici ed ai quantitativi richiesti nell'elenco allegato al presente Capitolato di gara (All. A), devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Tutti i materiali dovranno essere forniti in confezioni sterili, singole. Il confezionamento, pertanto, deve garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità dal possibile deterioramento causato da fattori esterni.

Il confezionamento e l'etichettatura, esclusivamente in lingua italiana, devono essere tali da consentire la lettura delle caratteristiche e di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa che devono figurare, oltre che sulle confezioni di vendita anche su quella primaria (singolo pezzo) nonché garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità.

In particolare le etichette dovranno riportare le seguenti informazioni:

- Nome dell'officina di produzione (fabbricante);
- Denominazione commerciale del prodotto;
- Descrizione del prodotto;
- Caratteristiche tecniche essenziali e particolari dell'articolo proposto



- Misure di diametro e di lunghezza;
- Natura delle materie prime usate;
- Codice del prodotto;
- Marcatura di conformità CE;
- Numero del Lotto di produzione;
- Dicitura Sterile e relativa scadenza (limitatamente ai prodotti sterili);
- Metodo di sterilizzazione
- Simbolo del monouso per dispositivi medici sterili, che non possono essere risterilizzati.
- Latex free

La dicitura od il simbolo “latex free” stampata sull’etichetta è un parametro obbligatorio. Eventuali ulteriori avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili sui singoli confezionamenti e sugli imballi di vendita.

ART. 7

GESTIONE CONTRATTUALE – CONSEGNE

- 1 Per l’esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della stessa con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinatori di Fornitura. Non sono ammessi limiti di fatturazione per l’evasione dell’ordine.
- 2 La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio e facchinaggio.
- 3 Tutti i prodotti sterili dovranno avere al momento della consegna, almeno i 3/4 della validità prevista dalla data di scadenza.
- 4 Contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l’indicazione dell’Ente appaltante contraente, il numero dell’Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l’eventuale numero d’ordine progressivo attribuito dal Fornitore all’Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata. In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.
- 5 In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti entro il termine indicato nel buono d’ordine e comunque non oltre **5 (cinque)** giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione degli Ordinatori trasmessi anche a mezzo fax, ovvero dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, per quelli inviati a mezzo posta, pena in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10). Ove ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove ritenuto utile, l’Azienda Sanitaria contraente potrà concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.
 - a) Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 5), oppure non provveda alla consegna “in acconto” ove consentito, l’Azienda Sanitaria contraente a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all’acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al richiamato articolo 10).
 - b) La Ditta si impegna altresì, in caso di consegna urgente (specificata sull’ordinativo di fornitura) a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla ricezione, a mezzo fax, dell’ordinativo di fornitura.

ART. 8

CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA

- 1 La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli pervenuti. La quantità è esclusivamente quella accertata, entro sette giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.
- 2 Qualora il Responsabile della Struttura Farmaceutica dell'Azienda sanitaria contraente, a seguito della suddetta verifica rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria potrà:
 - a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore a mezzo fax chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 9);
 - b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi e, ove l'impresa non ottemperi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, applicare le penali di cui al successivo articolo 10), dandone preventiva comunicazione a mezzo fax al Fornitore.
3. Qualora, il Responsabile della Struttura Farmaceutica dell'Azienda sanitaria contraente, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente Capitolato e relativi allegati, l'Ente appaltante potrà:
 - a) richiedere, con comunicazione scritta trasmessa al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, ponendoli a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 9), applicando le penali di cui al successivo articolo 10). In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al richiamato articolo 10);
 - b) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente lett. a), l' Azienda sanitaria contraente potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.
4. In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Azienda Sanitaria contraente rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l' Azienda sanitaria contraente potrà richiederne la sostituzione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3, lett. a), ovvero la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.

ART. 9

GESTIONE RESI

- 1 In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente capitolato, l'Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi

garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.

- 2 Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.
- 3 In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla suddetta richiesta, l'Azienda Sanitaria contraente potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.
- 4 Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato dall'Azienda Sanitaria all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore.

ART. 10

PENALITA'

1. Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile alle Aziende Sanitarie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Azienda sanitaria contraente potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.
2. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Azienda Sanitaria contraente sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma 1) sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.
3. In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato, unitamente alla richiesta di sostituzione, verrà applicata una penale pari al 20% del valore della merce non rispondente.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal R.U.P. dell'Azienda sanitaria contraente. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. L'Azienda sanitaria contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Resta fermo il diritto per l'Azienda sanitaria contraente, di acquistare presso altre Ditte inclusa ove disponibile la seconda classificata in graduatoria, i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti all'Azienda sanitaria contraente resterà a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate tre penalità e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, l'Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unilateralmente il contratto.

ART. 11 CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E COLLAUDO

La consegna delle apparecchiature da fornire in service indicate nell'allegato A al presente Capitolato (Lotti 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102 e 104) dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria con le modalità e nei termini preventivamente concordati con i Responsabili designati dalle Aziende Sanitarie e, comunque non oltre i 20 giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicatario, per il collaudo dei sistemi.

Al termine del rapporto contrattuale dette apparecchiature saranno ritirate a cura ed a spese della Ditta aggiudicataria.

All'atto della consegna delle apparecchiature, l'Impresa dovrà presentare, ai fini delle operazioni di collaudo la sotto elencata documentazione in lingua italiana:

- ✦ Manuale d'uso;
- ✦ Dati relativi al numero matricola ed alle caratteristiche tecniche;
- ✦ Dichiarazione di conformità CE;
- ✦ Contrassegni di sicurezza
- ✦ Schede delle verifiche di sicurezza elettrica effettuate dal costruttore secondo la normativa CEI;

Le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite dall'Impresa aggiudicataria a suo totale rischio e spesa e dovranno essere ultimate a perfetta regola d'arte entro i tempi indicati dalle singole Aziende Sanitarie e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle attrezzature, fatte salve imprevedibili circostanze di forza maggiore che dovranno essere comunque formalmente giustificate.

Qualora l'Impresa aggiudicataria ritardi l'esecuzione del collaudo oltre il suddetto termine, senza giustificato motivo, l'Azienda sanitaria Appaltante applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo imputabile al fornitore.

L'avvenuto collaudo dovrà essere convalidato da apposito verbale redatto in contraddittorio fra l'Impresa fornitrice ed i Responsabili tecnico-sanitari designati dall'Azienda sanitaria contraente.

Nell'ipotesi in cui dopo il collaudo si rilevasse che l'attrezzatura fornita in service presenti difetti di funzionamento, l'Azienda Sanitaria ne darà notizia al fornitore, il quale provvederà alla sostituzione dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di 5 giorni naturali dal ricevimento della predetta comunicazione.

Ove permangano le cause di irregolarità l'Azienda committente può procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 12 MANUTENZIONE - ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE

Per tutta la durata del contratto e per l'eventuale periodo di rinnovo e proroga, l'Impresa è tenuta a fornire gratuitamente l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fornite in service, rispettando rigorosamente le modalità ed i tempi illustrati nel progetto di servizio post vendita presentato dall'Impresa in sede di gara.

In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, la ditta fornitrice dovrà provvedere alla sua riparazione entro le 48 ore lavorative successive dalla segnalazione del guasto anche nel caso in cui tale segnalazione ricada in un giorno prefestivo o festivo dalla chiamata, l'Impresa è tenuta a garantire l'efficienza del servizio mediante **l'immediata sostituzione con altra apparecchiatura di analoghe prestazioni.**



Ritardi nella sostituzione delle apparecchiature o nel ripristino dell'efficienza delle apparecchiature non riparate superiori alle 48 ore lavorative dalla richiesta dell'intervento, comporteranno l'applicazione di una penale pari a €. 300,00= per ogni giorno di ritardo oltre il predetto termine, con facoltà dell'Azienda Sanitaria di risolvere il contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà fornire un servizio di formazione del personale ospedaliero, finalizzato all'apprendimento della gestione delle attrezzature previste e di tutto quanto ad esso correlato.

ART. 13

GARANZIE DI ESECUZIONE - CAUZIONE DEFINITIVA

- a) A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è tenuto a costituire a favore delle Aziende Sanitarie Aggregate una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell'ammontare della fornitura assegnata ad ogni singola Azienda con le modalità di cui all'art.93 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

- b) Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, per il periodo corrispondente all'eventuale rinnovo e/o proroga del rapporto contrattuale.
- c) La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione del contratto.
- d) In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Aggregate hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
- e) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria contraente.
- f) In conformità a quanto disposto dal comma 3) del richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte delle Aziende Sanitarie committente che ne dovrà comunicazione alla Stazione Appaltante.

ART. 14

ESTENSIONE CONTRATTUALE

Nel corso della gestione contrattuale, le Aziende sanitarie contraenti possono chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/16, un aumento od una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso senza che l'Impresa stessa possa far valere il diritto di risoluzione del contratto. Rimane altresì escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

La Ditta contraente, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Amministrazione nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.



Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata alle competenti Strutture Amministrative e Farmaceutiche delle Aziende Sanitarie.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà delle Aziende della presente Aggregazione acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile dell'Azienda stessa, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei Servizi sanitari utilizzatori.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15

TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume a proprio carico:

1. il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle strutture delle Aziende Sanitarie Aggregate per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità delle Aziende sanitarie medesime;
2. ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati alle Aziende Sanitarie o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto le Aziende medesime da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
3. l'obbligo di garantire alle Aziende Sanitarie il sicuro ed indisturbato possesso dei dispositivi ad esclusione delle apparecchiature fornite in service e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
4. ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti delle Aziende Sanitarie in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;
5. l'obbligo a tenere indenne le Aziende Sanitarie degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART. 16

ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Il fornitore, ai sensi dell'art.34 comma 35) della Legge 17 dicembre 2012 n.221 è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, al pagamento delle spese sostenute dall'Ente Capogruppo per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e dell'avviso post-aggiudicazione su due quotidiani a tiratura nazionale e su due a tiratura regionale. Detto pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico presso il tesoriere dell'Azienda ASL Roma 2: Unicredit S.p.A. Filiale Roma Tiburtina D - Via Tiburtina, 652 -00159 Roma – Codice ente:9007070 – IBAN: ASL ROMA 2 - IT 31 Z 02008 05054 000104110334 specificando la causale del versamento. L'importo dovuto da ciascuna Impresa aggiudicataria a titolo di rimborso per le predette spese, verrà quantificato sulla base del valore percentuale derivante dal rapporto fra l'Importo complessivo aggiudicato ad ogni Impresa, e l'ammontare complessivo di aggiudicazione dell'intera gara.



Sono a carico del fornitore ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, esclusa l'I.V.A. che è a carico delle Aziende dell'Aggregazione. Inoltre, è a carico della Ditta ogni altro onere spesa o rischio, relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura le Aziende dell'Aggregazione intendessero far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

L'Esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

E' fatto divieto assoluto di sospendere od interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte delle Aziende dell'Aggregazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore della contraente.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 108 comma 1 lett. a) e b), commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i. nonché ai precedenti articoli del presente capitolato in materia di risoluzione contrattuale, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Impresa aggiudicataria delle spese sostenute e dei lavori eseguiti;

- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- d) nei casi di subappalto e/o cessione di crediti non autorizzati dall' A.S.L. ROMA 2 e dalle altre Aziende dell'Aggregazione;
- e) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, dal disciplinare e dal presente capitolato speciale;
- f) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste nel presente Capitolato e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza;
- g) per l'accertata inosservanza delle norme di legge riguardanti l'esecuzione del contratto;
- h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati;
- i) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- j) per un diverso assetto organizzativo dell' A.S.L. ROMA 2 e delle altre Aziende dell'Aggregazione che faccia venir meno la necessità della fornitura;
- k) per motivi di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- l) qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà delle Aziende dell'Aggregazione non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;
- m) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- n) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016

Ove le Aziende dell'Aggregazione ravvisino la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovranno contestarle per iscritto al fornitore, fissando un termine non superiore a 5 giorni per le controindicazioni.

Decorso inutilmente tale termine le Aziende dell'Aggregazione adotteranno il consequenziale provvedimento di risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto delle Aziende dell'Aggregazione di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalle Aziende dell'Aggregazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'Impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 18

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.



2. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta (ove previsto) e l'ammontare netto delle forniture eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Ente appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua il collaudo definitivo a verifica della regolarità delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Ente appaltante a norma del punto 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente capoverso.
5. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini, a sue spese, i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 19

OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. (DUVRI)

Per quanto attiene all'esecuzione della fornitura, i rischi da interferenza sono quelli propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici per cui, essendo la stima dei relativi costi pari a ZERO, si esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI).

Tuttavia, al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi, eventualmente intervenute nel corso della gestione contrattuale presso le sedi interessate alla fornitura, **le Aziende dell'Aggregazione comunicheranno tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria, a fattori di rischio propri della realtà delle Aziende medesime ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare.** Nel contempo la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare per iscritto alle Aziende dell'Aggregazione, quali siano i rischi che lo svolgimento della propria attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

ART. 20

MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L.n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014 nonché del Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00308 del 03/07/2015 con particolare riferimento all'art. 3 comma 1) del Regolamento medesimo.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate:

- per le forniture afferenti l'ASL ROMA 2 a: Azienda A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma – P.Iva/Codice Fiscale 13665151000.

In conformità a quanto disposto dalla suddetta normativa, sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione **“Scissione dei pagamenti”** onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.



Le Aziende Sanitarie, purchè siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00523 del 05/11/2015, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura". Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.

Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate. L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

ART. 21

CONTROVERSIE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con le Aziende dell'Aggregazione, non esime la ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla naturale scadenza del contratto.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi cui le Aziende Sanitarie sono portatrici, ogni caso di arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e, la contraente, sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati alle Aziende dell'Aggregazione dipendenti da tale interruzione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le controversie che dovessero sollevarsi sia per la procedura di gara che per controversie relative all'esecuzione delle forniture in attuazione dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

Le controversie che vertono sull'esecuzione del contratto saranno a carico delle singole Aziende costituenti l'Aggregazione.

ART. 22

ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'eventuale richiesta di adeguamento, dopo il primo anno di validità dell'appalto, dovrà essere rivolta alle Aziende Sanitarie a mezzo PEC almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.

A detta richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le istanze prive delle predette certificazioni non verranno prese in considerazione.

La revisione, se riconosciuta, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione dell'istanza.

Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alle Aziende Sanitarie, che provvederanno ad applicare la conseguente riduzione del corrispettivo sui relativi ordini.



ART. 23

CESSIONE DEL CREDITO

Per quanto attiene la cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 24

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura e/o il servizio di cui al presente Capitolato speciale, pertanto il contratto derivante dall'esecuzione della fornitura e/o del servizio non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106 comma 1 lett.d punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.

La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parte del contratto che la ditta fornitrice intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante/Aziende sanitarie della gara Aggregata.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti di quanto subappaltato.

Il Fornitore deve depositare presso l'Azienda Sanitaria Contraente il contratto di subappalto, inviandone copia almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Contenente inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 25

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende dell'Aggregazione hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.




ART. 26

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico delle Aziende dell'Aggregazione per legge.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA FLORI DEGRASSI



Il sottoscritto _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Capitolato e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli dal n.1 al n. 26 contenute nel presente atto, fermo restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Capitolato tecnico, nel disciplinare e nei relativi allegati e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili.

LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE


(TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA LEGGIBILE
DEL SOTTOSCRITTORE)

(Luogo)

(Data)

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA'

La sottoscritta Sabrina Cenciarelli, Direttore della U.O.C Procedure d'Acquisto e Contratti, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato agli atti del procedimento e consta di n. 47 fogli, allegati compresi



Responsabile del procedimento: Sabrina Cenciarelli
Referente: Beatrice C. Polito
Tel 06 51004805 Fax 06 51004737
e-mail: beatricecarmen.polito@aslroma2.it



SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA OPEN
STERILI

LOTTO 1	ART.	SUTURATRICE LINEARE RICARICABILE MONOPAZIENTE + CARICATORI	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
1	1	Suturatrici Lineari da 30 mm per tessuti vascolari , punti in titanio	H02	15	48	6	5	40	20	134
1	2	Ricariche monouso per suturatrice Lineare da 30 mm circa per tessuti vascolari	H02	15	24	24	5	40	10	118
1	3	Suturatrici Lineari da 30mm per tessuti standard , punti in titanio	H02	15	48	6	5	40	250	364
1	4	Ricariche monouso per suturatrice Lineare da 30 mm tessuti standard	H02	15	24	24	5	40	150	258
1	5	Suturatrici Lineari da 30mm tessuti spessi punti in titanio	H02	15	48	12	20	40	20	155
1	6	Ricariche monouso per suturatrice Lineare da 30 mm tessuti spessi,	H02	15	24	48	10	40	10	147
1	7	Suturatrici Lineari da 60 mm tessuti standard, punti in titanio	H02	15	48	6	10	40	30	149
1	8	Ricariche monouso per suturatrice Lineare da 60 mm circa tessuti standard	H02	15	24	24	20	40	60	183
1	9	Suturatrici Lineari da 60 mm tessuti spessi , punti in titanio	H02	15	48	6	10	40	20	139
1	10	Ricariche monouso per Suturatrice Lineare da 60 mm tessuti spessi	H02	15	24	24	5	40	10	118
1	11	Suturatrici Lineari da 90 mm punti in titanio	H02	15	48	6	5	40	10	124
1	12	Ricariche monouso per suturatrice Lineare da 90 mm punti in titanio	H02	15	24	24	5	40	10	118

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 2	ART.	SUTURATRICE LINEARE RICARICABILE DA 45MM + CARICATORI	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
2	1	Suturatrice 45mm per tessuti standard	H02	15	48	3	15	30	0	111
2	2	ricarica per tessuti standard	H02	15	24	12	15	30	0	96
2	3	Suturatrice 45mm per tessuti spessi	H02	15	36	3	15	30	0	99
2	4	ricarica per tessuti spessi	H02	15	18	12	15	30	0	90

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 3	ART.	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI CON CURSORE	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
3	1	Suturatrice per tessuti sottili da 55/60mm	H02	15	24	0	0	30	0	69
3	2	Ricariche per tessuti sottili da 55/60mm	H02	15	12	0	0	30	0	57

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 4	ART.	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI CON CURSORE	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
4	1	Suturatrici per tessuti standard da 55/60mm	H02	204	180	120	20	100	30	654
4	2	Ricariche per standard da 55/60mm con lama incorporata	H02	324	144	240	20	100	50	878
4	3	Suturatrice per tessuti spessi da 55/60mm	H02	42	48	36	10	50	10	196
4	4	Ricarica per tessuti spessi 55/60mm con lama incorporata	H02	42	24	48	10	50	15	189
4	5	Suturatrice per tessuti standard da 75/80mm	H02	325	270	60	200	200	0	1055
4	6	Ricarica per tessuti standard da 75/80mm con lama incorporata	H02	348	300	60	500	300	0	1508
4	7	Suturatrice per tessuti spessi da 75/80mm	H02	81	72	12	100	80	0	345
4	8	Ricariche per tessuti spessi da 75/80mm con lama incorporata	H02	114	36	48	200	80	0	478

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 5	ART.	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI CON CURSORE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
5	1	Suturatrice per tessuti standard da 100mm	H02	9	48	6	0	25	0	88
5	2	Ricariche per standard da 100mm	H02	18	24	24	0	25	0	91
5	3	Suturatrice per tessuti spessi da 100mm	H02	12	48	6	0	25	0	91
5	4	Ricarica per tessuti spessi da 100mm	H02	24	24	24	0	25	0	97

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 6	ART.	SUTURATRICE MONOUSO TAGLIA E CUCI CON PUNTI IN TITANIO CON ALTEZZA DEL PUNTO REGOLABILE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
6	1	Suturatrice lineare taglia e cucì monouso da 55 mm.	H02	120	60	15	25	25	0	245
6	2	Caricatori per suturatrice lineare taglia e cucì monouso da 55 mm.	H02	210	120	24	15	25	0	394
6	3	Suturatrice lineare taglia e cucì monouso da 75 mm.	H02	402	120	15	25	25	200	787
6	4	Caricatori per suturatrice lineare taglia e cucì monouso da 75 mm	H02	540	240	24	15	25	300	1144

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 7	ART.	SUTURATRICI CUTANEE MONOUSO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
7	1	Suturatrici cutanee monouso, con 35 punti regolari	H02	1200	3.000	0	500	2.500	1600	8800
7	2	Suturatrici cutanee monouso, con 35 punti larghi	H02	800	3.000	6000	6000	2.000	100	17900
7	3	Suturatrici cutanee monouso con testina rotante, con 35 punti regolari	H02	150	120	0	0	75	0	345
7	4	Suturatrici cutanee monouso con testina rotante, con 35 punti larghi	H02	150	120	0	0	75	0	345

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 8	ART.	STRUMENTO MONOUSO PER RIMUOVERE LE AGRAPHES CUTANEE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
8	1	strumento monouso per rimuovere le agraphes cutanee		1980	2.000	7000	5000	2.500	2200	20680

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 9	ART.	SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE, STELO CURVO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
9	1	Diametro esterno mm 21 stelo corto 22 cm per tessuti sottili	H02	48	6	3	0	10	0	67
9	2	Diametro esterno mm 21 stelo lungo 35 cm per tessuti sottili	H02	27	6	2	0	10	0	45
9	3	Diametro esterno mm 21 stelo corto 22 cm per tessuti spessi	H02	36	6	3	0	15	0	60
9	4	Diametro esterno mm 21 stelo lungo 35 cm per tessuti spessi	H02	30	6	0	20	15	0	71
9	5	Diametro esterno mm 25 stelo corto 22 cm per tessuti sottili	H02	30	90	3	0	20	0	143
9	6	Diametro esterno mm 25 stelo lungo 35 cm per tessuti sottili	H02	42	30	0	0	20	0	92
9	7	Diametro esterno mm 25 stelo corto 22 cm per tessuti spessi	H02	30	36	6	0	25	0	97
9	8	Diametro esterno mm 25 stelo lungo 35 cm per tessuti spessi	H02	42	30	2	5	25	0	104
9	9	Diametro esterno mm 28 stelo corto 22 cm per tessuti sottili	H02	30	48	6	0	20	0	104
9	10	Diametro esterno mm 28 stelo lungo 35 cm per tessuti sottili	H02	42	60	0	0	70	0	172
9	11	Diametro esterno mm 28 stelo corto 22 cm per tessuti spessi	H02	120	48	30	30	30	0	258
9	12	Diametro esterno mm 28 stelo lungo 35 cm per tessuti spessi	H02	90	60	2	3	70	5	230
9	13	Diametro esterno mm 31 stelo corto 22 cm per tessuti spessi	H02	30	48	40	100	30	30	278
9	14	Diametro esterno mm 31 stelo lungo 35 cm per tessuti spessi	H02	30	90	2	0	40	5	167
9	15	Diametro esterno mm 33 stelo corto 22 cm per tessuti spessi	H02	24	6	18	0	20	0	68
9	16	Diametro esterno mm 33 stelo lungo 35 cm per tessuti spessi	H02	60	6	2	3	20	0	91

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 10	ART.	SISTEMA PER RILASCIO TRANSORALE TESTINA DI SUTURATRICE CIRCOLARE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
10	1	Sistema per rilascio transorale testina calibro 21 mm		15	24	0	0	5	5	49
10	2	Sistema per rilascio transorale testina calibro 25 mm		27	24	0	0	5	5	61

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 11	ART.	SUTURATRICE CIRCOLARE MONOPAZIENTE, DOPPIA LUNGHEZZA, CON REGOLAZIONE DEL PUNTO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
11	1	Diametro esterno mm 21 stelo lungo 18 cm altezza punto chiuso da 10 a 25 mm	H02	36	6	0	0	15	2	59
11	2	Diametro esterno mm 21 stelo lungo 28 cm altezza punto chiuso da 10 a 25 mm	H02	33	6	0	20	15	2	76
11	3	Diametro esterno mm 25 stelo lungo 18 cm altezza punto chiuso da 10 a 25 mm	H02	33	6	0	0	15	20	74
11	4	Diametro esterno mm 25 stelo lungo 28 cm altezza punto chiuso da 10 a 25 mm	H02	39	6	0	70	15	15	145
11	5	Diametro esterno mm 29 stelo lungo 18 cm altezza punto chiuso da 10 a 25 mm	H02	105	24	12	0	15	50	206
11	6	Diametro esterno mm 29 stelo lungo 28 cm altezza punto chiuso da 10 a 25 mm	H02	91	24	30	150	15	5	315
11	7	Diametro esterno mm 33 stelo lungo 18 cm altezza punto chiuso da 10 a 25 mm	H02	33	6	0	0	12	5	56
11	8	Diametro esterno mm 33 stelo lungo 28 cm altezza punto chiuso da 10 a 25 mm	H02	60	6	0	5	12	5	88

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 12	ART.	SUTURATRICE CIRCOLARE RETTA MONOPAZIENTE COMPATTA	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
12	1	Suturatrice con stelo 345 mm e diametro esterno 21 mm	H02	0	0	0	0	5	0	5
12	2	Suturatrice con stelo 345 mm e diametro esterno 25 mm	H02	0	0	0	0	10	0	10
12	3	Suturatrice con stelo 345 mm e diametro esterno 28 mm	H02	0	0	0	0	10	0	10
12	4	Suturatrice con stelo 345 mm e diametro esterno 32 mm	H02	0	0	0	0	10	0	10

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 13	ART.	SUTURATRICE LINEARE CURVA "TAGLIA E CUCI", RICARICABILE MONOPAZIENTE CON FUNZIONE DI SUTURA E TRANSEZIONE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
13	1	Suturatrice curva tessuti standard	H02	30	0	24	50	10	3	117
13	2	Ricarica per suturatrice curva tessuti standard	H02	30	0	24	5	10	3	72
13	3	Suturatrice curva tessuti spessi	H02	45	0	24	150	20	40	279
13	4	Ricarica per suturatrice curva tessuti spessi	H02	33	0	24	30	20	40	147

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 14	ART.	KIT PER EMORROIDECTOMIA, MONOUSO.	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
14	1	Kit per la cura della malattia emorroidaria compreso di suturatrice circolare retta a stelo corto diametro 33 mm con testina staccabile dotata di fori di ancoraggio, porta di accesso trasparente, dotato di guida, scala centimetrata e dilatatore, monouso sterile monopaziente.	H02	39	0	40	0	30	20	129

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 15	ART.	KIT PER EMORROIDECTOMIA, MONOUSO.	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
15	1	Kit per la cura della malattia emorroidaria compreso di suturatrice circolare a stelo corto e testina fissa, con fori laterali per il passaggio dei fili; dilatatore anale con anoscopio ed introduttore; strumento per il confezionamento della borsa di tabacco con uncino, chiusura punto 1-2-5	H02	39	0	0	50	25	30	144
15	2	Kit per la cura della malattia emorroidaria compreso di suturatrice circolare a stelo corto e testina fissa, con fori laterali per il passaggio dei fili; dilatatore anale con anoscopio ed introduttore; strumento per il confezionamento della borsa di tabacco con uncino, chiusura punto 0-75-1-5	H02	104	0	15	50	30	50	249

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 16	ART.	KIT PER EMORROIDECTOMIA, MONOUSO.	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
16	1	Kit per la cura della malattia emorroidaria compreso di suturatrice circolare retta 34,5 mm, con quattro fori laterali per il passaggio dei fili; doppio anoscopio maschio e femmina ed introduttore anale; accessorio ad alette per sutura a borsa di tabacco, strumento per il confezionamento della borsa di tabacco con uncino	H02	0	0	0	45	20	30	95

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 17	ART.	SUTURATRICE AD AZIONAMENTO MULTIPLO, MONOPAZIENTE, PER IL TRATTAMENTO DEL PROLASSO RETTALE, INVAGINAZIONE RETTO-ANALE, RETTOCELE CHE DETERMINANO STIPSI EVACUATIVA + RICARICHE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
17	1	Suturatrice con testina curva con funzione di sutura e transezione con sistema di azionamento a doppio grilletto	H02	24	0	12	0	15	20	71
17	2	Ricariche che applicano tre fili di punti sfalsati	H02	48	0	24	0	30	60	162

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA STERILI

LOTTO 18	ART.	SUTURATRICI LINEARI TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA CON STELO ANTICOLABILE, ROTANTE A 360° RICARICABILE.	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
18	1	Suturatrici articolabile con linea di sutura da 45 mm a tre file di punti	H02	147	48	0	400	60	50	705
18	2	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 45 con A.P.C. 0,75 mm	H02	66	48	0	0	30	10	154
18	3	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 45 con A.P.C. 1,0 mm	H02	105	60	0	1000	30	50	1245
18	4	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 45 con A.P.C. 1,8 mm	H02	54	120	0	1700	30	10	1914
18	5	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 45 con A.P.C. 2,0 mm	H02	45	120	0	800	30	10	1005
18	6	Suturatrici articolabile con linea di sutura da 60 mm a tre file di punti	H02	129	48	0	200	60	0	437
18	7	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 60 con A.P.C. 0,75 mm	H02	78	48	0	0	30	0	156
18	8	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 60 con A.P.C. 1,0 mm	H02	120	60	0	200	30	0	410
18	9	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 60 con A.P.C. 1,8 mm	H02	78	120	0	300	40	0	538
18	10	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 60 con A.P.C. 2,0 mm	H02	69	120	0	200	40	0	429

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 19	ART.	SUTURATRICI LINEARI TAGLIA E CUCI "A BATTERIA" PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA CON STELO ARTICOLABILE, ROTANTE A 360° RICARICABILE.	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
19	1	Suturatrici articolabile con linea di sutura da 45 mm a tre file di punti	H02	162	60	98	10	125	20	475
19	2	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 45 con A.P.C. 0.75 mm	H02	66	48	0	10	50	10	184
19	3	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 45 con A.P.C. 1.0 mm	H02	66	60	312	10	50	10	508
19	4	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 45 con A.P.C. 1.8 mm	H02	66	120	312	15	80	40	633
19	5	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 45 con A.P.C. 2.0 mm	H02	66	120	300	15	80	10	591
19	6	Suturatrici articolabile con linea di sutura da 60 mm a tre file di punti	H02	135	120	210	10	60	400	935
19	7	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 60 con A.P.C. 0.75 mm	H02	66	48	0	10	60	75	259
19	8	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 60 con A.P.C. 1.0 mm	H02	66	60	372	10	60	200	768
19	9	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 60 con A.P.C. 1.8 mm	H02	66	150	612	15	80	1000	1923
19	10	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 60 con A.P.C. 2.0 mm	H02	66	150	612	15	80	50	973

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 20	ART.	SUTURATRICI LINEARI TAGLIA E CUCI "A BATTERIA" PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DA 35 MM CON STELO ARTICOLABILE, RICARICABILE, DIAMETRO 9 MM CIRCA	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
20	1	Suturatrici con linea di sutura da 35 mm con due file di clip in titanio	H02	98	0	0	0	0	250	348
20	2	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 35 cm, con due file di punti in titanio A:P:C: 1 mm	H02	130	0	0	0	0	500	630

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 21	ART.	SUTURATRICI ENDOSCOPICHE TAGLIA E CUCI MONOUSO PER CHIRURGIA OPEN/LAPAROSCOPICA AD AZIONAMENTO PROGRESSIVO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
21	1	Sutratrice stelo corto lunghezza 6 cm circa articolabile a 45° con posizioni intermedie	H02	249	800	350	300	80	470	2249
21	2	Sutratrice stelo standard lunghezza 16 cm circa articolabile a 45° con posizioni intermedie	H02	180	150	300	260	80	100	1070
21	3	Sutratrice stelo standard lungo lunghezza 26 cm circa articolabile a 45° con posizioni intermedie	H02	51	24	50	0	40	0	165
21	4	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Vascolari/Medi e lama di sezione Altezza dei punti 2,0 - 2,5 - 3,0 mm. Linea di sutura 30 mm	H02	48	1.056	250	0	60	0	1414
21	5	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Medi/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 3,0 - 3,5 - 4,0 mm. Linea di sutura 30 mm	H02	48	60	30	0	60	0	198
21	6	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Vascolari e lama di sezione Altezza dei punti 2,0 mm. Linea di sutura 45 mm	H02	63	36	0	0	40	12	151
21	7	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Vascolari/Medi e lama di sezione Altezza dei punti 2,0 - 2,5 - 3,0 mm. Linea di sutura 45 mm	H02	126	492	300	400	60	12	1390

21	8	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Medi/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 3,0 - 3,5 - 4,0 mm. Linea di sutura 45 mm	H02	168	1.608	650	300	70	12	2808
21	9	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Extra/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 4,0 - 4,5 - 5,0 mm. Linea di sutura 45 mm	H02	129	996	100	150	50	12	1437
21	10	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Extra/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 2,0 - 2,5 - 3,0 mm. Linea di sutura 60 mm	H02	150	1.092	100	60	50	700	2152
21	11	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Extra/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 3,0 - 3,5 - 4,0 mm. Linea di sutura 60 mm	H02	438	1.944	1000	1100	70	1450	6002
21	12	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Extra/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 4,0 - 4,5 - 5,0 mm. Linea di sutura 60 mm	H02	150	1.104	50	220	50	300	1874
21	13	manipolo servoassistito multiuso per utilizzo caricatori	H02	6	10	1	2	7	1	27
21	14	adattatore laparoscopico multiuso per manipolo servoassistito	H02	6	10	1	2	7	1	27
21	15	Adattatore XL multiuso per manipolo servoassistito	H02	3		0	0	0	1	4
21	16	Adattatore multiuso chirurgia open per manipolo servoassistito	H02	3		0	0	0	1	4
21	17	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Vascolari/Medi e lama di sezione Altezza dei punti 2,0 - 2,5 - 3,0 mm Punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile. Linea di sutura 30 mm	H02	69	72	100	18	40	0	299
21	18	Caricatore monouso articolabile con 2 triple linee sfalsate di punti da 2,0 mm per strutture Vascolari Punta di dissezione e accessorio flessibile staccabile Linea di sutura 45 mm	H02	9	12	0	18	40	0	79
21	19	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Vascolari/Medi e lama di sezione Altezza dei punti 2,0 - 2,5 - 3,0 mm Punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile. Linea di sutura 45 mm	H02	33	72	100	18	40	50	313
21	20	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Vascolari/Medi e lama di sezione Altezza dei punti 2,0 - 2,5 - 3,0 mm Punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile. Linea di sutura 60 mm	H02	27	36	0	18	40	0	121
21	21	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Medi/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 3,0 - 3,5 - 4,0 mm Punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile. Linea di sutura 60 mm	H02	9	72	0	18	40	0	139
21	22	Caricatore monouso curvo con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Medi/Spessi e lama di sezione	H02	18	24	0	18	30	0	90
21	23	Caricatore monouso curvo con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Extra/Spessi e lama di sezione	H02	15	24	0	18	30	0	87
21	24	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Medi/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 4,0 - 4,5 - 5,0 mm. Linea di sutura 45 mm pellicole di rinforzo riassorbibile in PGA (Acido Poliglicico)	H02	27	60	0	18	40	0	145

21	25	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Extra Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 3,0 - 3,5 - 4,0 mm. Linea di sutura 45 mm pellicole di rinforzo riassorbibile in PGA (Acido Poliglicico)	H02	15	60	0	18	40	0	133
21	26	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Medi/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 3,0 - 3,5 - 4,0 mm. Linea di sutura 60 mm pellicole di rinforzo riassorbibile in PGA (Acido Poliglicico)	H02	15	60	30	18	40	24	187
21	27	Caricatore monouso articolabile con 2 triple file di punti sfalsati ad altezza graduale per tessuti Medi/Spessi e lama di sezione Altezza dei punti 4,0 - 4,5 - 5,0 mm. Linea di sutura 60 mm pellicole di rinforzo riassorbibile in PGA (Acido Poliglicico)	H02	15	60	20	18	40	24	177

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

22	ART.	SUTURATRICI ENDOSCOPICHE TAGLIA E CUCI MONOUSO PER CHIRURGIA OPEN/LAPAROSCOPICA AD AZIONAMENTO PROGRESSIVO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
22	1	MATERIALE DI RINFORZO LINEARE DI SUTURA MECCANICA	H02	0		120	0	200	100	420

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 23	ART.	SUTURATRICI LINEARI TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA CON STELO ARTICOLABILE, CON ARTICOLAZIONE DEL MORSO FINO A 90° CON RICARICA	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
23	1	Suturatrici con linea di sutura da 30 mm con due file di clip in ACCIAIO RM compatibili per lato, con stelo lungo 24 cm e diametro di 5 mm	H02	0	0	0	0	15	0	15
23	2	Suturatrici con linea di sutura da 30 mm con due file di clip in ACCIAIO RM compatibili per lato, con stelo lungo 34 cm e diametro di 5 mm	H02	0	0	0	0	15	12	27
23	3	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 30 cm, con due file di clip in ACCIAIO RM compatibili per lato, con A P C 1 16 mm rettc	H02	0	0	0	0	30	12	42
23	4	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 30 cm, con due file di clip in ACCIAIO RM compatibili per lato, con A P C 1 16 mm curve	H02	0	0	0	0	30	0	30
23	5	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 30 cm, con due file di clip in ACCIAIO RM compatibili per lato, con A P C 1 40 mm rettc	H02	0	0	0	0	30	12	42
23	6	Ricariche per suturatrici con linea di sutura 30 cm, con due file di clip in ACCIAIO RM compatibili per lato, con A P C 1 40 mm curve	H02	0	0	0	0	30	0	30

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

CLIP PER EMOSTASI STERILI E MONOUSO

LOTTO 24	ART.	APPLICATORI AUTOMATICI DI CLIP IN TITANIO PRECARICATI	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
24	1	Applicatori multipli in titanio, mis small	H03	810	240	60	20	80	10	1220
24	2	Applicatori multipli in titanio, mis medium	H03	900	120	70	400	150	10	1650
24	3	Applicatori multipli in titanio, mis Medium-large	H03	402	152	35	0	350	0	939
24	4	Applicatori multipli in titanio, mis Large	H03	810	120	20	90	350	10	1400

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 25	ART.	CLIP SINGOLE IN TITANIO CON SUPPORTI STERILI (La Ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente gli applicatori pulso).	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
25	1	Clip mis Small	H03	240	0	10	50	300	7.200	7800

LOTTO	ART.	DESCRIZIONE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
25	2	Clip mis. Medium	H03	240	0	50	17.000	300	19.800	37390
25	3	Clip mis. Medium-Large	H03	270	0	50	20	200	6.600	7140
25	4	Clip mis. Large	H03	270	0	20	100	200	4.200	4790

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 26	ART.	CLIP SINGOLE IN MATERIALE PLASTICO BIOCOMPATIBILE CON SUPPORTI STERILI (La Ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente gli applicatori poliuso).	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
26	1	Clip mis. Medium	H03	50	1.200	0	0	150	100	1500
26	2	Clip mis. Medium-Large	H03	100	1.200	800	8000	200	500	10800
26	3	Clip mis. Large	H03	1300	1.200	800	9000	300	6300	18900
26	4	Clip mis. Extra-Large	H03	50	1.200	400	8000	250	1200	11100

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 27	ART.	CLIP SINGOLE IN MATERIALE RIASSORBIBILE CON SUPPORTI STERILI (La Ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente gli applicatori poliuso)	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
27	1	clip assorbibile misura medium	H03	1200	0	0	4000	60	400	5660
27	2	clips assorbibile misura large	H03	540	0	300	100	60	100	1100
27	3	clip assorbibile misura piccola	H03	420	0	300	2500	60	0	3280
27	4	clips assorbibile misura medium-large	H03	990	0	150	200	60	100	1500

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

STRUMENTARIO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA STERILE E MONOUSO

LOTTO 28	ART.	TROCAR MONOUSO A PUNTA SMUSSA SENZA LAMA CANNULA RADIOTRASPARENTE, CON SISTEMA A TENUTA STAGNA PER EVITARE LA PERDITA DI GAS, CON VALVOLA A RUBINETTO PER L'INSUFFLAZIONE DEL GAS E VALVOLA O LEVA PER DESUFFLAZIONE RAPIDA + RIDUTTORI	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
28	1	calibro 5mm - lunghezza cannula 70/75 mm	K01	72	24	0	0	80	0	176
28	2	calibro 5mm - lunghezza cannula 100 mm	K01	390	300	300	700	650	0	2340
28	3	calibro 10/12mm - lunghezza cannula 100 mm	K01	390	600	300	800	250	0	2340
28	4	calibro 10/12mm - lunghezza cannula 150 mm	K01	90	24	20	50	60	0	244
		TROCAR MONOUSO TRASPARENTE CON CANNULA ZIGRINATA, A PUNTA SMUSSA, CON SISTEMA A TENUTA STAGNA PER EVITARE LA PERDITA DI GAS, CON VALVOLA A RUBINETTO PER L'INSUFFLAZIONE DEL GAS E VALVOLA O LEVA PER DESUFFLAZIONE RAPIDA + RIDUTTORI								0
28	5	calibro 5mm - lunghezza cannula 100 mm	K01	600	300	0	200	450	0	1550
28	6	calibro 5-12 mm - lunghezza cannula 100 mm	K01	390	450	150	200	450	0	1640

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 29	ART.	SISTEMA DI ACCESSO AD ESPANSIONE RADIALE CON CANNULA	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
29	1	Trocar dilatatore da 5 mm, cannula ad espansione radiale 100 mm	K01	760	0	0	0	450	0	1210
29	2	Trocar dilatatore da 5 mm, cannula ad espansione radiale 70 mm	K01	500	0	0	0	50	0	550
29	3	Trocar dilatatore da 5-11 mm, cannula ad espansione radiale 100 mm	K01	96	0	0	0	70	0	166
29	4	Trocar dilatatore da 5-12 mm, cannula ad espansione radiale 100 mm	K01	700	0	0	0	350	0	1050
29	5	Ago di accesso e insufflazione 100 mm	K01	550	0	0	0	300	0	850

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 30	ART.	TROCAR A BASSO PROFILO CON CANNULA FILETTATA SENZA LAMA, PUNTA SMUSSA CON ALETTE DI DISSEZIONE, VALVOLA O LEVA PER INSUFFLAZIONE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
30	1	Cannula filettata da 5 mm da 70 mm	K01	0	12	0	0	40	0	52
30	2	Cannula filettata da 5 mm da 100 mm	K01	0	72	0	0	40	0	112

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 31	ART.	AGHI DI VERRES PER PNEUMOPERITONEO CON MANDRINO SMUSSO ATRAUMATICO E RUBINETTO INCORPORATO PER INSUFFLAZIONE RAPIDA	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
31	1	Ago di verres da 120 mm	K01	300	800	25	200	700	200	2225
31	2	Ago di verres da 150 mm	K01	80	36	25	20	100	20	281

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 32	ART.	TROCARS SPECIALI	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
32	1	Trocar di Hasson da 10 mm con fissaggio a palloncino completo di siringa	K01	300	12	0	0	30	50	392
32	2	Trocar di Hasson da 12 mm con fissaggio a palloncino completo di siringa	K01	50	120	50	0	150	50	420
		TROCAR DI HASSON CON SISTEMA DI TENUTA STAGNA								0
32	3	Trocar di Hasson da 12 mm con sistema di fissaggio		400	0	200	0	0	500	1100

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 33	ART.	Trocar monosegno a lama piatta e scudo di protezione, riduttore di calibre incorporato, cannula radiotrasparente sigillata, dispositivo di tenuta stagna con valvola a rubinetto per l'insufflazione del gas e valvola per deflazione rapida	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
33	1	cannule per trocar 5 mm	K01	0	0	0	2.000	0	0	2000
33	2	cannule per trocar 12 mm	K01	0	0	0	4.000	0	0	4000
33	3	cannule per trocar 150 mm	K01	0	0	0	30	0	0	30
33	4	Trocar calibre 5 mm - lunghezza cannula 100mm	K01	0	0	0	2.500	0	0	2500
33	5	Trocar calibre 12mm - lunghezza cannula 100mm	K01	0	0	0	2.500	0	0	2500
33	6	Trocar calibre 12mm - lunghezza cannula 150mm	K01	0	0	0	50	0	0	50

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 34	ART.	TROCARS SPECIALI	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
34	1	trocar ottico con impugnatura a pistola da 10-12 mm	K01	20	6	25	80	80	100	311
34	2	trocar ottico da 5 mm con cannula trasparente senza lama	K01	0	700	50	60	60	100	970
34	3	trocar ottico da 12 mm con cannula trasparente senza lama	K01	100	1.100	25	80	80	100	1485
		TROCAR TRASPARENTE OTTICO CON PUNTA CONICA ED								0
34	4	Trocar 5 mm	K01	310	0	25	0	0	100	435
34	5	Trocar 10/12 mm	K01	310	0	25	0	0	100	435

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 35	ART.	TROCARS SPECIALI	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
35	1	trocar senza lama da 15 mm, lunghezza 100 mm	K01	15	12	30	40	40	30	167

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 36	ART.	SISTEMA ANTIAPPANAMENTO OTTICA	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
36	1	Sistema sterile monouso per antiappannamento dell'ottica laparoscopica	K01	500	200	0	50	700	100	1550

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 37	ART.	TROCAR TORACICI RIGIDI A PUNTA SMUSSA CON SISTEMA DI ANCORAGGIO	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
37	1	trocar da 11/12 mm	A06	10	90	480	160	150	300	1190
37	2	trocar da 5/7 mm	A06	10	90	30	20	50	60	260
37	3	trocar da 15/20 mm	A06	0	90	120	20	50	20	300

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 38	ART.	DISSETTORE CURVO, DIAMETRO STELO 5mm, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, STELO ROTANTE A 360° E CONNETTORE, LUNGHEZZA STELO 30-35cm.	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
38	1	Dissettore monopolare	K01	440	24	50	100	300	180	1094

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 39	ART.	DISSETTORE CURVO, DIAMETRO STELO 5mm, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, STELO ROTANTE A 360° E CONNETTORE, LUNGHEZZA STELO 30-35cm.	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
39	1	Dissettore bipolare	K01	130	12	0	20	150	120	432

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 40	ART.	FORBICE CURVA 5mm, DIAMETRO STELO 5mm, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, STELO ROTANTE A 360° E CONNETTORE MONOPOLARE, LUNGHEZZA STELO 30-35cm.	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
40	1	Forbice curva 5mm	K01	860	924	720	1.500	590	260	4854

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 41	ART.	PINZA DA PRESA ATRAUMATICA, TIPO JOHANN, DIAMETRO STELO 5mm, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, STELO ROTANTE A 360°, LUNGHEZZA STELO 30-35cm.	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
41	1	Pinza da presa tipo Johann 5mm	K02	515	12	48	300	350	200	1425

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 42	ART.	PINZA DA PRESA ATRAUMATICA, TIPO BABCOCK CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, STELO ROTANTE A 360°, LUNGHEZZA STELO 30-35cm.	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
42	1	Pinza da presa atraumatica tipo Babcock diametro stelo mm 5	K02	36	12	72	100	100	10	330
42	1	Pinza da presa atraumatica tipo Babcock diametro stelo mm 10	K02	0		120	0	0	10	130

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 43	ART.	PINZA DA PRESA CON MORSE A DENTELLATURA ATRAUMATICA, DIAMETRO STELO 5mm, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, STELO ROTANTE A 360°, LUNGHEZZA STELO 30-35cm.	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
43	1	Pinza da presa con morse a dentellatura atraumatica 5mm	K02	480	24	150	100	100	300	1154

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 44	ART.	PINZA DA PRESA CON MORSE ZIGRINATE, DIAMETRO STELO 5mm, ARTICOLABILE, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, STELO ROTANTE A 360°, LUNGHEZZA STELO 30-35cm.	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
44	1	Pinza da presa con morse zigurate 5mm	K02	240	12	120	100	100	0	572

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 45	ART.	PINZE BIPOLARI CON STELO DA 5 MM, STELO ROTANTE A 360°, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, LUNGHEZZA STELO 30-35 cm	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
45	1	Pinza fenestrata bipolare	K02	140	0	200	100	100	180	720

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 46	ART.	FORBICI BIPOLARI CON STELO DA 5 MM, STELO ROTANTE A 360°, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, LUNGHEZZA STELO 30-35 cm	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
46	2	Forbice bipolare a lame curve	K01	72	48	0	150	80	20	370

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 47	ART.	PINZE BIPOLARI CON LOOP ELETTRIFICATO PER ISTERECTOMIA E RESEZIONE DI MIOMI UTERINI	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
47	1	Pinze Bipolari da 5 mm	K02		48	10	1000	70	0	1128

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 48	ART.	UNCINO, DIAMETRO STELO 5mm, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, STELO ROTANTE A 360°, LUNGHEZZA STELO 30-35cm.	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
48	1	Uncino da 5 mm	K01	50	72	0	50	70	110	352

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.



LOTTO 49	ART.	STRUMENTARIO LAPAROSCOPICO MONOUSO ARTICOLABILE, DIAMETRO STELO 5mm, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, STELO ROTANTE A 360°	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
49	1	Dissettore monouso articolabile e rotante con adattatore monopolare lunghezza 46 mm	K01	3	12	0	0	40	0	55
49	2	Pinza da presa monouso articolabile e rotante lunghezza 46 mm	K01	3	12	0	0	50	0	65
49	3	Unicino monouso articolabile rotante con adattatore monopolare lunghezza 46 mm	K01	0	0	0	0	0	0	0
49	4	Forbici monouso articolabile e rotante con adattatore monopolare lunghezza 46 mm	K01	3	12	0	0	50	0	65

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 50	ART.	DISPOSITIVO DI ACCESSO FLESSIBILE PER SINGOLA INCISIONE PER ADDOME	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
50	1	Dispositivo di accesso per singola incisione, flessibile		5	24	30	0	60	5	124

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 51	ART.	SISTEMA DI ACCESSO E PROTEZIONE DELLA PARETE ADDOMINALE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
51	1	misura extra piccola		120	300	40	20	10	10	500
51	2	misura piccola		120	300	60	20	10	20	530
51	3	misura media		120	150	40	50	20	20	400
51	4	misura grande		120	36	0	50	20	20	246

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 52	ART.	SISTEMA DI ACCESSO E PROTEZIONE DELLA PARETE ADDOMINALE COMPOSTO DA ANELLO CON VALVOLA A DIAFRAMMA CHE PERMETTA DI LAVORARE CON TROCAR	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
52	1	misura piccola		0	60	30	20	10	0	120
52	2	misura media		5	60	30	40	20	0	155
52	3	misura grande		20	12	30	60	30	0	152

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 53	ART.	TAMPONI DISSETTORI PUNTA SMUSSA CON STELO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
53	1	Tamponi dissettori da 5mm	K01	0	500	200	600	150	100	1550
53	2	Tamponi dissettori da 10mm	K01	0	36	350	800	80	100	1366

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 54	ART.	SISTEMA PER ASPIRAZIONE-IRRIGAZIONE MONOUSO COMPLETO CANNULA E TUBO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
54	1	Sistema aspirazione-irrigazione completo di tubi di collegamento e raccordi con cannula premontata di lunghezza 350 mm e diametro 5 mm	K01	500	48	240	100	100	600	1588
54	1	Cannula di lavaggio aspirazione stelo 5 m con elettrodo ad uncino monopolare	K01	240	96	150	100	50	0	636
54	2	Tubi di collegamento e raccordi per cannula di lavaggio aspirazione stelo 5 m con elettrodo ad uncino monopolare	K01	190	48	150	100	50	0	538

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 55	ART.	APPLICATORI DI CLIP IN TITANIO COMPLETAMENTE AUTOMATICI, DIAMETRO STELO 10/12mm	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
55	1	Applicatore misura medium stelo 10/12 mm	H03	99	24	120	30	20	0	293
55	2	Applicatore misura large stelo 10/12mm	H03	99	24	180	400	300	0	1003
55	3	Applicatore misura medium-large stelo 10/12mm	H03	180	360	60	400	300	6	1306

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 56	ART.	APPLICATORI DI CLIP IN TITANIO AUTOMATICI, MISURA MEDIO/GRADE, DIAMETRI STELO 5mm	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
56	1	Applicatore misura medio/grande stelo 5mm	H03	480	72	48	100	100	60	860

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 57	ART.	APPLICATORI DI PUNTI RIASSORBIBILI VARIE FORME	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
57	1	Applicatore di punti per il fissaggio di protesi diametro 5 mm	H03	55	0	72	300	250	0	677
57	2	Applicatori di 10 clip in materiale assorbibile	H03	25	0	0	30	20	0	75
57	3	Applicatori di 20 clip in materiale assorbibile	H03	35	0	0	30	20	0	85
57	4	applicatore da 12 clip	H03	48	0	12	50	40	12	162
57	5	applicatore da 25 clip	H03	48	0	24	50	40	12	174

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 58	ART.	APPLICATORI DI PUNTI o ALTRO PER ERNIA E LAPAROCELI,	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
58	1	Applicatore di Agraphes in titanio stelo articolabile e rotante 360°	H03	10	0	0	30	20	0	60
58	2	Ricariche punto sottile	H03	0	0	0	25	25	0	50
58	3	ricariche punto spesso	H03	10	0	0	25	25	0	60

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 59	ART.	APPLICATORI DI PUNTI o ALTRO PER ERNIA E LAPAROCELI,	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
59	1	Dispositivo monouso sterile per la sutura delle incisioni da trocar	H03	5	0	72	150	150	0	377

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 60	ART.	SACCHETTI PER ESTRAZIONE REPERTI ANATOMICI CON AZIONAMENTO A SIRINGA, MONOUSO, CON INTRODUTTORE DIAMETRO 10mm	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
60	1	sacchetto estrazione reperti 10 mm con anello metallico e filo di ritenzione	K01	480	1.680	800	2.000	800	600	6360

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 61	ART.	SACCHETTI PER ESTRAZIONE REPERTI ANATOMICI CON AZIONAMENTO A SIRINGA, MONOUSO, CON INTRODUTTORE DIAMETRO 15mm	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
61	1	sacchetto estrazione reperti 15 mm con anello metallico e filo di ritenzione	K01	59	384	300	130	100	100	1073

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 62	ART.	retrattore con punta retraibile e comando prossimale all'impugnatura, stelo di lunghezza 30cm	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
62	1	retrattore con punta retraibile e comando prossimale all'impugnatura, stelo di lunghezza 30cm	K01	9	12	0	25	25	10	81

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 63	ART.	retrattore reticolato con punta rettangolare retraibile, stelo di lunghezza 30cm	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
63	1	retrattore reticolato con punta rettangolare retraibile, stelo di lunghezza 30cm	K01	24	24	60	30	30	10	178

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 64	ART.	retrattore stelo da 10 mm a 5 rebbi articolabili	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
64	1	retrattore stelo da 10 mm a 5 rebbi articolabili	K01	15	24	60	30	30	10	169

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 65	ART.	RETRATTORE EPATICO MONOUSO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
65	1	retrattore epatico monouso con possibilità di accesso laparoscopico e percutaneo	K01	10	0	0	50	15	0	75

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 66	ART.	RETRATTORE MONOUSO A BASSO PROFILO (2 MM) CON 3-4 REBBI, PER CHIRURGIA TORACO LAPAROSCOPICA	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
66	1	Retrattore con base analergica, riposizionabile, cinghia di trazione con meccanismo di bloccaggio e rilascio. mis Piccola	K01	0	0	0	40	30	0	70
66	2	Retrattore con base analergica, riposizionabile, cinghia di trazione con meccanismo di bloccaggio e rilascio. mis Media	K01	0	0	0	40	30	0	70
66	3	Retrattore con base analergica, riposizionabile, cinghia di trazione con meccanismo di bloccaggio e rilascio. mis Grande	K01	0	0	0	40	30	0	70

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 67	ART.	STRUMENTO, MONOPAZIENTE, PER SUTURA ED ANNODAMENTO LAPAROSCOPICO CON CARICATORE MONOUSO A SUTURA SINGOLA	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
67	1	strumento per suture		0	0	48	0	20	0	68
67	2	caricatore con sutura non assorbibile in poliestere 0 USP		0	0	24	0	20	0	44
67	3	caricatore con sutura non assorbibile in poliestere 2-0 USP		0	0	24	0	20	0	44

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 68	ART.	SUTURA LAPAROSCOPICA PER NODO EXTRACORPOREO CON AGO A SLITTA	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
68	1	sutura laparoscopica per nodo extracorporeo con ago a slitta in materiale non-assorbibile 2-0 USP e guida di rilascio		0	0	0	0	60	12	72
68	2	sutura laparoscopica per nodo extracorporeo con ago a slitta in materiale non-assorbibile 0 USP e guida di rilascio		0	0	0	0	60	12	72

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 69	ART.	Filo sutura monofilamento autobloccante	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
69	1	Filo sutura monofilamento autobloccante		0	0	240	0	0	100	340

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 70	ART.	SUTURA LAPAROSCOPICA IN POLIFILAMENTO A LUNGO RIASSORBIMENTO PER NODO INTRACORPOREO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
70	1	sutura laparoscopica USP 3/0 lunga 20 cm, con ago tipo tapercut da 1/2 e 17 mm, blocco cilindrico terminale		0	0	50	150	100	0	300
70	2	sutura laparoscopica USP 3/0 lunga 15 cm, con ago tipo tapercut da 1/2 e 22 mm, blocco cilindrico terminale		0	0	50	150	100	0	300

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 71	ART.	SUTURA LAPAROSCOPICA IN MONOFILAMENTO A LUNGO RIASSORBIMENTO PER CHIUSURA FASCIA E/O POSIZIONAMENTO PROTESI (DA 15 E 30 CM)	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
71	1	sutura laparoscopica USP 0 con loop da 130 cm, con ago tipo tapercut da 1/2 rinforzato e 48 mm, autobloccante		0	0	50	0	100	0	150
71	2	sutura laparoscopica USP 1 con loop da 130 cm, con ago tipo tapercut da 1/2 rinforzato e 48 mm, autobloccante		0	0	50	0	100	0	150

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 72	ART.	CAPPIO PREMONTATO PER UTILIZZO LAPAROSCOPICO CON GUIDA DI RILASCIO MONOUSO STERILE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
72	1	Cappio in materiale assorbibile calibro 0		36	0	30	150	100	100	416
72	2	Cappio in materiale assorbibile calibro 2-0		412	0	30	150	100	100	792

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 73	ART.	CAPPIO PREMONTATO PER UTILIZZO LAPAROSCOPICO CON GUIDA DI RILASCIO MONOUSO STERILE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
73	3	Cappio in materiale non assorbibile 0		22	0	50	100	80	100	352
73	4	Cappio in materiale non assorbibile 2-0		32	0	50	100	80	100	362

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 74	ART.	MANIPOLATORI UTERINI, CON PUNTA ARTICOLABILE E POMO DI REGOLAZIONE CON INDICATORE DI POSIZIONE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
74	1	Manipolatori uterini monouso con punta articolabile da cm 7 pomo di regolazione rotante con indicatore di posizione, palloncino di fissaggio e valvola di gonfiaggio, sonda dilatatrice, distanziatore da cm 1 e siringa		0	0	200	100	100	80	480
74	2	Manipolatori uterini monouso con punta articolabile da cm 9 pomo di regolazione rotante con indicatore di posizione, palloncino di fissaggio e valvola di gonfiaggio, sonda dilatatrice, distanziatore da cm 1 e siringa		0	0	50	50	40	80	220

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 75	ART.	BENDAGGIO GASTRICO	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
75	1	Bendaggio gastrico regolabile	K01	0	0	10	20	20	5	55

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 76	ART.	STRUMENTO PER BENDAGGIO GASTRICO	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
76	1	Dissettore endoscopico con articolazione distale, regolabile all'impugnatura, calibro di almeno 5 mm e stelo di circa 13 cm		0	0	10	0	25	5	40

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 77	ART.	STRUMENTO BIPOLARE MULTIFUNZIONE MONOUSO	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
77	1	strumento multifunzioni (forbice/pinza da presa), bipolare e rotazione 360°	K01	24	0	0	0	80	0	104

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

STRUMENTARIO IBRIDO POLIUSO/MULTIUSO

LOTTO 78	ART.	STRUMENTAZIONE LAPAROSCOPICA POLIUSO, CON STELO ROTANTE ELETTRIFICATO - DISSETTORE	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
78	1	dissettore angolato varie misure	K01	6	0	0	0	15	0	21
78	2	dissettore tipo delfino varie misure	K01	6	0	0	0	10	0	16
78	3	dissettore tipo Maryland varie misure	K01	8	0	0	0	15	0	23

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 79	ART.	STRUMENTAZIONE LAPAROSCOPICA POLIUSO, CON STELO ROTANTE ELETTRIFICATO - PINZA	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
79	1	pinza da presa tipo Babcock elettrificata con cremagliera disinseribile e stelo da 5 mm	K01	8	0	0	0	10	0	18
79	2	pinza da presa tipo Babcock elettrificata con cremagliera disinseribile e stelo da 10 mm	K01	8	0	0	0	10	0	18
79	3	pinza da presa aggressiva elettrificata con cremagliera disinseribile e stelo da 5 mm	K01	8	0	0	0	10	0	18
79	4	pinza da presa tipo Allis elettrificata con cremagliera disinseribile e stelo da 5 mm	K01	4	0	0	0	10	0	14
79	5	pinza da presa atraumatica tipo Johann elettrificata con cremagliera disinseribile e stelo da 5 mm	K01	13	0	0	0	45	0	58
79	6	pinze bipolari da dissezione/coagulazione con cremagliera disinseribile e stelo da 5 mm	K01	13	0	0	0	15	0	28
79	7	pinze tipo tire-bouchon con stelo da 5 mm per miomectomia uterina	K01	4	0	0	0	10	0	14

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 80	ART.	STRUMENTAZIONE LAPAROSCOPICA POLIUSO, CON STELO ROTANTE ELETTRIFICATO - FORBICE	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2-EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
80	1	forbice tipo Metzenbaum elettrificabile, stelo da 5 mm	K01	8	0	0	0	15	0	23

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO #1	ART.	STRUMENTAZIONE LAPAROSCOPICA POLIUSO, CON STELO ROTANTE ELETTRIFICATO - UNCINO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
#1	1	uncino monopolare con stelo da 5 mm	K01	8	0	0	0	10	0	18

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO #2	ART.	STRUMENTAZIONE LAPAROSCOPICA POLIUSO, CON STELO ROTANTE ELETTRIFICATO - AGO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
#2	1	ago laparoscopico per puntura di formazioni liquide lungo 35 mm e con sistema di connessione ad aspiratore	K01	4	0	0	0	10	0	14

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO #3	ART.	STRUMENTAZIONE LAPAROSCOPICA MULTIUSO, MONOPOLARE, CON STELO DA 3 MM E ROTANTE 360°	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
#3	1	impugnature universali	K01	10	0	0	0	15	0	25
#3	2	stelo pinza tipo Babcock, lungo 33 cm	K01	5	0	0	0	10	0	15
#3	3	stelo pinza fenestrata delicata, lungo 33 cm	K01	10	0	0	0	25	0	35
#3	4	stelo pinza da presa, lungo 33 cm	K01	5	0	0	0	10	0	15
#3	5	stelo grasper per estrazione, lungo 33 cm	K01	0	0	0	0	10	0	10

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO #4	ART.	TROCAR MODULARI CON CANNULA FILETTATA IN TITANIO POLIUSO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
#4	1	mandrino monouso da 12 mm con lama piatta protetta, corredato di valvola monouso con riduttore 12/5 e rubinetto a due vie	K01	0	0	0	0	50	0	50
#4	2	mandrino monouso da 10 mm con lama piatta protetta, corredato di valvola monouso con riduttore 12/5 e rubinetto a due vie	K01	0	0	0	0	80	0	80
#4	3	mandrino monouso da 5 mm con lama piatta protetta, corredato di valvola monouso e rubinetto a due vie	K01	0	0	0	0	80	0	80
#4	4	valvola monouso con riduttore 12/5 e rubinetto a due vie	K01	0	0	0	0	60	0	60
#4	5	valvola monouso con riduttore 10/5 e rubinetto a due vie	K01	0	0	0	0	80	0	80
#4	6	valvola a membrana con riduttore universale 12/5 per laparoscopia avanzata	K01	0	0	0	0	80	0	80
#4	7	valvola monouso da 5 mm e rubinetto a due vie	K01	0	0	0	0	80	0	80
#4	8	cannula filettata in titanio poliuso da 12 mm	K01	0	0	0	0	15	0	15
#4	9	cannula filettata in titanio poliuso da 10 mm	K01	0	0	0	0	10	0	10
#4	10	cannula filettata in titanio poliuso da 5 mm	K01	0	0	0	0	25	0	25

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO #5	ART.	RICARICHE DI CLIPS PER APPLICATORE LAPAROSCOPICO POLIUSO	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
#5	1	ricarica con minimo di 6 clips emostatiche in titanio, misura M/L dotata di sistema di sicurezza di fine carica		120	0	0	0	20	100	240

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 86	ART.	SISTEMA DI ASPIRAZIONE/IRRIGAZIONE LAPAROSCOPICO DA 5 MM. POLIUSO	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
86	1	cannula di aspirazione/irrigazione da 5 mm poliuso		0	0	0	0	10	0	10

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 87	ART.	STRUMENTO POLIUSO PER LA CHIUSURA DELLE INCISIONI DA TROCAR	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
87	1	Strumento poliuso per la chiusura di incisioni da trocar Ø>10 mm, con kit di suture a lento riassorbimento		2	0	0	0	50	5	57

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 88	ART.	STRUMENTO POLIUSO PER LA SINTESI ED IL TAGLIO	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
88	1	Strumento poliuso per la sintesi e il taglio lunghezza 25 cm circa, morso curvo 30°		12	0	0	0	0	0	12
88	2	Elettrodo monouso con cavo dedicato alla pinza poliuso, per la sintesi e il taglio, lungh. 25cm circa, morso curvo 30°, grilletto per il taglio 22,5 mm circa		48	0	0	0	0	0	48
88	3	Forbice bipolare poliuso lunghezza 23 cm ca. con lama standard		24	0	0	0	0	0	24
88	4	Forbice bipolare poliuso lunghezza 18 cm ca. con lama micro		24	0	0	0	0	0	24
88	5	Forbice bipolare poliuso lunghezza 23 cm ca. con lama slim		24	0	0	0	0	0	24

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

STRUMENTARIO PER TAGLIO E COAGULO STERILE E MONOUSO

LOTTO 89	ART.	DISPOSITIVI MONOUSO DEDICATI A PIATTAFORME A RADIOFREQUENZA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA CON CONTROLLO DELL'IMPEDENZA TISSUTALE E/O DELLA TEMPERATURA <i>Aggiudicatario dovrà fornire il generatore in Service (per tutte le Strutture utilizzatrici)</i>	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
89	1	Strumento monouso laparoscopico per la sintesi e il taglio, diametro 10mm, lungh 35-37cm ca, tasto di attivazione manuale e taglio a lama fredda		22	1.116	36	0	80	40	1294
89	2	Strumento monouso laparoscopico per la sintesi e il taglio, diametro 5mm, lungh 35-37cm ca, punta smussa, tasto di attivazione manuale, taglio a lama fredda		66	280	36	0	200	160	742
89	3	Strumento monouso laparoscopico per la sintesi e il taglio, diametro 5 mm, lungh 40-44cm ca, punta smussa, tasto di attivazione di sintesi, grilletto per attivazione lama fredda		21	12	0	0	50	100	183
89	4	Strumento monouso laparoscopico per la sintesi e il taglio, diametro 5 mm lungh 40-44cm ca, impugnatura a pistola, 1 tasto di attivazione sintesi e 2 laterali per dissezione monopolare, grilletto per attivazione lama		27	24	72	0	70	100	293
89	5	Manipolo monouso elettrochirurgico a tripla attivazione per taglio, coagulo e dissezione, regolazione potenze tramite cursore, cavo lunghezza 4-6 m		4.000	2.000	250	0	1.000	50	7300
89	6	Piastra paziente realizzata in gel a base d'acqua, con cavo lungo 4-6m, misure 18x11cm ca, superficie conduttiva 140cmq ca		4.000	3.100	250	0	1.500	0	8850

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 90	ART.	DISPOSITIVI MONOUSO DEDICATI A PIATTAFORME A RADIOFREQUENZA PER CHIRURGIA OPEN CON CONTROLLO DELL'IMPEDENZA TISSUTALE E/O DELLA TEMPERATURA * La ditta Aggreditrice dovrà fornire il generatore in Service (per tutte le Strutture utilizzatrici)	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
90	1	Strumento monouso laparotomico per la sintesi e il taglio, diametro 10mm, lungh. 20-22cm ca, tasto di attivazione manuale e taglio a lama fredda		21	640	0	0	100	0	761
90	2	Strumento monouso laparotomico per la sintesi e il taglio, morse curve 36mm ca, stelo lungo 18-20cm ca, tasto di attivazione manuale e taglio a lama fredda		390	204	200	0	150	0	944
90	3	Strumento monouso laparotomico per la sintesi e il taglio, diametro 5 mm, punta smussa, stelo lungo 20-22cm ca, tasto di attivazione manuale e taglio a lama fredda		34	120	0	0	80	0	234
90	4	Strumento monouso laparotomico di precisione per la sintesi e il taglio, tasto di attivazione di sintesi e grilletto per attivazione lama, lungh 18-20cm ca		390	750	350	0	150	0	1640
90	5	Strumento monouso laparotomico di precisione per la sintesi, lunghezza 16-18cm ca		24	12	0	0	150	0	186
90	6	Strumento monouso laparotomico per la sintesi ed il taglio, diam 5 mm, stelo 20-22 cm ca, punta curva, pulsante di attivazione e lama fredda		330	400	120	0	250	0	1100
90	7	Strumento monouso laparotomico per la sintesi ed il taglio, diam 5 mm, stelo 35-37 cm ca, punta curva, pulsante di attivazione e lama fredda		330	216	120	0	80	0	746
90	8	Manipolo monouso elettrochirurgico a tripla attivazione per taglio, coagulo e dissezione, regolazione potenze tramite cursore, cavo lunghezza 4-6 m		4.000	2.000	250	0	1.000	0	7250
90	9	Piastra paziente realizzata in gel a base d'acqua, con cavo lungo 4-6m, misure 18x11cm ca, superficie conduttiva 140cmq ca		4.000	3.100	250	0	1.500	0	8850

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 91	ART.	DISPOSITIVI MONOUSO DEDICATI A PIATTAFORME A RADIOFREQUENZA PER CHIRURGIA OPEN E LAPAROSCOPICA CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA * La ditta Aggreditrice dovrà fornire il generatore in Service (per tutte le Strutture utilizzatrici)	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
91	1	pinza con branche curve, stelo diametro 12 mm e lunghezza 20-22 cm, rotazione stelo 360°, lunghezza branche 19-40 mm, impugnatura a pistola con comandi manuali integrati		36	0	0	0	80	0	116
91	2	pinza con branche curve, stelo diametro 5 mm e lunghezza 25-27 cm, rotazione stelo 360°, lunghezza branche 19-40 mm, impugnatura a pistola con comandi manuali integrati		36	0	0	0	80	0	116
91	3	pinza con branche curve, stelo diametro 5 mm e lunghezza 35-37 cm, rotazione stelo 360°, lunghezza branche 19-40 mm, impugnatura a pistola con comandi manuali integrati		72	24	0	0	80	0	176
91	4	pinza con branche curve, stelo diametro 5 mm e lunghezza 14-16 cm, rotazione stelo 360°, lunghezza branche 19-40 mm, impugnatura a pistola con comandi manuali integrati		72	0	0	0	70	0	142
91	5	pinza con branche rette, stelo diametro 5 mm e lunghezza 25-27 cm, rotazione stelo 360°, lunghezza branche 19-40 mm, impugnatura a pistola con comandi manuali integrati		54	0	0	0	40	0	94
91	6	pinza con branche rette, stelo diametro 5 mm e lunghezza 35-37 cm, rotazione stelo 360°, lunghezza branche 19-40 mm, impugnatura a pistola con comandi manuali integrati		72	24	0	0	80	0	176
91	7	pinza con branche rette, stelo diametro 5 mm e lunghezza 14-16 cm, rotazione stelo 360°, lunghezza branche 19-40 mm, impugnatura a pistola con comandi manuali integrati		54	0	0	0	70	0	124

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 92	ART.	DISSETTORE TERMICO MONOUSO PER SINTESI TISSUTALE VARIE LUNGHEZZE * La ditta Aggreditaria dovrà fornire il generatore in Service (per tutte le Strutture utilizzatrici)	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
92	1	Dissetto diametro 5 mm	K01	0	0	0	0	60	0	60
92	2	Dissetto diametro 10 mm	K01	0	0	0	0	60	0	60

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 93	ART.	DISPOSITIVI MONOUSO PER CHIRURGIA OPEN DEDICATO A GENERATORE AD ULTRASUONI * La ditta Aggreditaria dovrà fornire il generatore in Service (per tutte le Strutture utilizzatrici)	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
93	1	forbice multifunzione con lama curva per taglio e coagulo per chirurgia open, con stelo da 9-11 cm, comandi manuali integrati	K01	270	220	120	0	80	140	830
93	2	forbice multifunzione con lama curva per taglio e coagulo per chirurgia open, con stelo da 17-19 cm, comandi manuali integrati	K01	300	40	36	0	70	12	458
93	3	forbice multifunzione con lama curva per taglio e coagulo per chirurgia open, con stelo calibro 5 mm e lungo 23-25 cm, comandi manuali integrati, rotazione stelo 360°	K01	72	24	60	0	60	80	296
93	4	Forbice multifunzione lama curva comandi manuali integrati, stelo 5 mm di diametro lungh. 36-38 cm, rotazione stelo 360°	K01	360	360	360	0	180	150	1410
93	5	Forbice multifunzione lama curva comandi manuali integrati, stelo rotante, 5 mm di diametro lungh. 45-47 cm, rotazione stelo 360°	K01	48	12	0	0	80	0	140
93	6	Forbice multifunzione, comandi manuali integrati, lunghezza 18 cm ca. diametro 8-10 mm, con lama retta	K01	48	0	0	0	70	0	118
93	7	Forbice multifunzione, comandi manuali integrati, lunghezza 14 cm ca. diametro 5 mm, con lama curva, rotazione stelo 360°	K01	60	0	240	0	80	62	442
93	8	lama curva, stelo allungabile fino a 12 cm ca, comandi manuali integrati, rotazione stelo 360°	K01	60	0	0	0	70	12	142
93	9	uncino dissetto, allungabile fino a 12 cm ca, comandi manuali integrati, rotazione stelo 360°	K01	48	0	0	0	70	12	130
93	11	trasduttore completo di cavo per forbici open	K01	14	24	0	0	25	3	63
93	12	trasduttore completo di cavo per forbici open e laparoscopiche	K01	14	24	20	0	25	3	63

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 94	ART.	DISPOSITIVI MONOUSO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DEDICATO A GENERATORE AD ULTRASUONI * La ditta Aggreditaria dovrà fornire il generatore in Service (per tutte le Strutture utilizzatrici)	CND	A.S.L. ROMA I (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
94	1	Forbice multifunzione lama curva comandi manuali integrati, stelo 5 mm di diametro lungh. 36-38 cm, rotazione stelo 360°	K01	360	360	360	0	180	0	1260
94	2	Forbice multifunzione lama curva comandi manuali integrati, stelo rotante, 5 mm di diametro lungh. 45-47 cm, rotazione stelo 360°	K01	48	12	0	0	80	0	140
94	3	trasduttore completo di cavo per forbici open e laparoscopiche	K01	14	24	20	0	25	0	63

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 95	ART.	BISPOSITIVI MONOUSO DEDICATO AD ULTRASUONI CORDLESS * La ditta Aggreditrice dovrà fornire il generatore in Service (per tutte le Strutture utilizzatrici)	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
95	1	strumento monouso ad ultrasuoni cordless, lung. 39cm, diametro 5mm, lama retta lunga 14-16mm		69	120	100	0	80	0	369
95	2	strumento monouso ad ultrasuoni cordless, lung. 26cm, diametro 5mm, lama retta lunga 14-16mm		18	90	10	0	35	0	153
95	3	strumento monouso ad ultrasuoni cordless, lung. 13cm, diametro 5mm, lama retta lunga 14-16mm		18	60	10	0	60	0	148
95	4	generatore poliuso dedicato a manipo ad ultrasuoni cordless, dotato di spia Led		8	12	3	0	10	0	33
95	5	batteria poliuso ricaricabile agli ioni di litio in grado di alimentare il dissipatore cordless ad ultrasuoni		10	12	6	0	20	0	48

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 96	ART.	BISPOSITIVI MONOUSO PER SINTESI BIPOLARE A RADIOFREQUENZA CON TRIPlice ATTIVAZIONE SU MANIPOLO PER TAGLIO E COAGULO SIMULTANEO *Sarà a cura della Ditta fornire il generatore in Service (per tutte le Strutture utilizzatrici)	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
96	1	Strumento monouso laparoscopico per la sintesi e il taglio, stelo diametro 5 mm e lung. 360 mm, linea di sintesi minima 50 mm e linea di taglio minimo 27 mm		0	0	0	0	30	20	50
96	2	Strumento monouso laparoscopico articolabile 80°, per la sintesi e il taglio, stelo diametro 12 mm e lung. 440, linea di sintesi minima 26 mm e linea di taglio minimo 47 mm		0	0	0	0	20	20	40
96	3	Strumento monouso open articolabile 80° per la sintesi e il taglio, stelo diametro 12 mm e lung. 240 mm cm, linea di sintesi minima 50 mm e linea di taglio minimo 47 mm		0	0	0	0	30	20	50

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 97	ART.	BISPOSITIVI MONOUSO DEDICATI A BISTURI ELETTRICI MONO/BIPOLARI *Sarà a cura della Ditta fornire il generatore in Service (per tutte le Strutture utilizzatrici)	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
97	1	Strumento pluriuso laparoscopico per la sintesi e il taglio, diametro 10mm, lung. 35-37cm, tasto di attivazione manuale e taglio a lama fredda		0	0	0	0	5	0	5
97	2	Strumento pluriuso laparoscopico per la sintesi e il taglio, diametro 5mm, lung. 35-37cm, punta smussa, impugnatura pistola, tasto di attivazione manuale, taglio a lama fredda		0	0	0	0	5	0	5
97	3	Strumento pluriuso laparotomico per la sintesi e il taglio, diametro 10mm, lung. 16-18cm, tasto di attivazione manuale e taglio a lama fredda		0	0	0	0	2	0	2
97	4	Strumento pluriuso laparotomico per la sintesi e il taglio, diametro 5 mm stelo lungo 16-18cm, tasto di attivazione manuale e taglio a lama fredda		0	0	0	0	2	0	2
97	5	Strumento pluriuso laparotomico per la sintesi, lunghezza cm 16 ca punta curva isolato		0	0	0	0	3	0	3
97	6	Strumento pluriuso laparotomico per la sintesi, lunghezza cm 18 ca punta curva isolato		0	0	0	0	3	0	3
97	7	Strumento pluriuso laparotomico per la sintesi, lunghezza cm 23 ca punta curva isolato		0	0	0	0	3	0	3
97	8	Strumento pluriuso laparotomico per la sintesi, lunghezza cm 28 ca punta curva isolato		0	0	0	0	2	0	2
97	9	Lame monouso laparoscopiche per strumento mm 5 lunghezza cm. 35-37		0	0	0	0	100	0	100
97	10	Lame monouso laparoscopiche per strumento mm 10 lunghezza cm. 35-37		0	0	0	0	100	0	100
97	11	Lame monouso laparotomiche per strumento mm 5 lunghezza cm. 18-20		0	0	0	0	100	0	100
97	12	Lame monouso laparotomiche per strumento mm 10 lunghezza cm. 18-20		0	0	0	0	100	0	100

97	13	Forbice bipolare plunuso isolata cm 18	0	0	0	0	6	0	6
97	14	Forbice bipolare plunuso isolata cm 21	0	0	0	0	6	0	6
97	15	Forbice bipolare plunuso isolata cm 23	0	0	0	0	6	0	6
97	16	Forbice bipolare plunuso isolata cm 28	0	0	0	0	4	0	4

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 98	ART.	ACCESSORI MONOUSO DEDICATI A BISTURI ELETTRICI MONO/BIPOLARI	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 1 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
98	1	Elettrodo monouso edge a lama antiscara lung. 16-18cm		800	600	0	0	100	1.500	3000
98	2	Elettrodo monouso a lama antiscara estesa, lunga 10-12cm		1.100	300	0	0	100	0	1500
98	3	Elettrodo monouso a lama isolata antiscara estesa, lungh 10-12cm, lung. operativa 5-7cm		200	300	0	0	100	0	600
98	4	Elettrodo monouso a lama antiscara estesa, lungh. 16-18cm, lungh operativa 5-7cm		200	600	0	0	100	0	900
98	5	Elettrodo monouso ago antiscara, lungh. 16-18cm, lung. operativa 2-4cm		610	0	0	0	100	200	910
98	6	Elettrodo monouso a lama estesa in acciaio inossidabile, lungh. 16-18cm		150	500	0	0	100	0	750
98	7	Elettrodo a sfera in acciaio inossidabile, diametro 5mm, lungh. 5-7cm		130	50	0	0	100	0	280
98	8	Elettrodo a sfera in acciaio inossidabile diametro 3mm, lunghezza 12-14cm		130	300	0	0	100	0	530
98	9	Elettrodo a sfera in acciaio inossidabile diametro 5mm, lunghezza 12-14cm		80	120	0	0	100	0	300
98	10	Elettrodo laparoscopico punta a spatola retta lunghezza 36-38cm		55	0	0	0	100	0	155
98	11	Elettrodo laparoscopico punta a spatola curva lunghezza 36-38cm		55	0	0	0	100	0	155
98	12	Elettrodo laparoscopico punta a spatola curva lunghezza 45-47cm		50	0	0	0	100	0	150
98	13	Elettrodo laparoscopico punta a uncino a J in filo metallico lunghezza 36-38cm		50	30	50	0	100	0	230
98	14	Elettrodo laparoscopico punta a uncino a L in filo metallico lunghezza 36-38cm		230	30	50	0	100	0	410
98	15	Elettrodo laparoscopico punta a uncino a L in filo metallico lunghezza 45-47cm		60	0	0	0	100	0	160
98	16	Elettrodo laparoscopico punta piatta e uncino a L in filo metallico lunghezza 36-38cm		50	24	0	0	100	0	174
98	17	cavo monopolare laparoscopico, attivazione a pedale, compatibile con spina da 4mm(maschio) a pin singolo, lunghezza 3m ca		18	60	0	0	30	0	108
98	18	adattatore monopolare universale, munito di rotellina di avvitemento, compatibile con cavi fino a 6mm		18	50	0	0	30	0	98
98	19	Elettrodo microago in tungsteno 2 cm circa		0	0	100	0	0	0	100
98	20	Elettrodo microago in tungsteno 3cm circa		0	0	50	0	0	0	50

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 99	ART.	TROCAR MONOUSO A LAMA PIATTA AFFILATA E SCUDO DI PROTEZIONE, CANNULA RADIOTRASPARENTE, CON SISTEMA A TENUTA STAGNA PER EVITARE LA PERDITA DI GAS, CON VALVOLA A RUBINETTO PER L'INSUFFLAZIONE DEL GAS E VALVOLA O LEVA PER DESUFFLAZIONE RAPIDA + RIDUTTORI	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
99	1	calibro 5mm -lunghezza cannula 70/75 mm	K01	78	24	300	0	150	0	552
99	2	calibro 5mm -lunghezza cannula 100 mm	K01	330	1.404	1200	2500	550	1200	7184
99	3	calibro 10/11mm- lunghezza cannula 100 mm	K01	150	24	300	0	150	0	624
99	4	calibro 10/12mm- lunghezza cannula 100 mm	K01	330	1.884	1200	2700	550	1200	7864
99	5	calibro 10/12mm- lunghezza cannula 150 mm	K01	51	24	300	50	50	30	505
99	6	Trocar 5 mm	K01	310	0	0	0	0	0	310
99	7	Trocar 10/12 mm	K01	310	0	0	0	0	0	310
99	8	calibro 5mm - lunghezza cannula 100 mm, a lama piatta	K01	0	300	60	50	70	0	480
99	9	calibro 5-12 mm - lunghezza cannula 100 mm, a lama piatta	K01	48	450	60	50	70	0	678

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 100	ART.	Trocar senza lama con punta smussa, cannula radiotrasparente sghignata, riduttore di calibro incorporato, dispositivo di tenuta stagna con valvola a rubinetto per l'insufflazione del gas e valvola per desufflazione rapida	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
100	1	cannule per trocar 5 mm	K01	0	0	0	100	0	0	100
100	2	cannule per trocar 12 mm	K01	0	0	0	100	0	0	100
100	3	cannule per trocar 150 mm	K01	0	0	0	10	0	0	10
100	4	Trocar calibro 5 mm - lunghezza cannule 100mm	K01	0	0	0	600	0	0	600
100	5	Trocar calibro 12mm - lunghezza cannula 100mm	K01	0	0	0	700	0	0	700
100	6	Trocar calibro 12mm - lunghezza cannula 150mm	K01	0	0	0	20	0	0	20

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 101	ART.	STRUMENTO MONOUSO PER LA CHIUSURA DELLE INCISIONI DA TROCAR	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
101	1	Strumento MONOUSO per la chiusura di incisioni da trocar Ø>12 mm.		0	0	72	0	0	0	72

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 102	ART.	DISPOSITIVI MONOUSO PER SINTESI E COAGULAZIONE VASALE/TISSUTALE CON GENERATORE A SISTEMA MISTO RADIOFREQUENZA ED ULTRASUONI *Sarà a cura della Ditta fornire lo SERVICE IL GENERATORE ED IL RELATIVO CAVO DI COLLEGAMENTO (TRASDUTTORE).	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2- EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. S.ANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
102	1	Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi con tecnica ad ultrasuoni più radiofrequenza bipolare con lunghezza stelo 35, 45 cm e diametro stelo da 5 ± 10% mm		0	0	60	0	60	0	120
102	2	Strumento monouso per chirurgia "open" per taglio e sigillo vasi con tecnica ad ultrasuoni più radiofrequenza bipolare avanzata Lunghezza stelo 20 cm, diametro stelo 5 ± 10% mm, 10 ± 10% mm		0	0	60	0	20	0	80
102	3	Strumento monouso per chirurgia "open" per taglio e sigillo vasi con tecnica ad ultrasuoni più radiofrequenza bipolare avanzata Lunghezza stelo 20 cm, diametro stelo 9 mm, impugnatura a forbice, sistema "Tissue - stopper", lunghezza punta 15,5 mm		0	0	40	0	20	0	60

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 103	ART.	PIATTAFORMA DI ACCESSO LAPAROSCOPICO COMPOSTA DA CANNULE MONOUSO ZIGRINATE TRASPARENTI SIA DA 5 MM CHE DA 12 MM COMPATIBILI CON TROCAR MONOUSO CON LAMA, TROCAR MONOUSO OTTICO SENZA LAMA, TROCAR MONOUSO SENZA LAMA E TROCAR MONOUSO DI HASSON	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
103	1	cannula da 5 mm misura standard	K01	0	0	0	0	300	0	300
103	2	cannula da 12 mm misura standard	K01	0	0	0	0	300	0	300
103	3	trocar da 5 mm con lama misura standard	K01	0	0	0	0	400	0	400
103	4	trocar da 12 mm con lama misura standard	K01	0	0	0	0	400	0	400
103	5	trocar da 5 mm ottico senza lama misura standard	K01	0	0	0	0	200	0	200
103	6	trocar da 12 mm ottico senza lama misura standard	K01	0	0	0	0	300	0	300
103	7	trocar da 5 mm senza lama misura standard	K01	0	0	0	0	300	0	300
103	8	trocar da 12 mm senza lama misura standard	K01	0	0	0	0	300	0	300
103	9	trocar da 12 mm di Hasson	K01	0	0	0	0	300	0	300

Relativamente alle misure dei dispositivi offerti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

LOTTO 104	ART.	MANIPOLO ELETTROCOAGULATORE BIPOLARE A RADIOFREQUENZA COMBINATA CON SOLUZIONE SALINA PER EMOSTASI DI TESSUTI MOLLI ED OSSA DA UTILIZZARSI IN COMBINAZIONE CON GENERATORE DI RADIOFREQUENZA DEDICATO DA FORNIRE A TITOLO GRATUITO INTEGRATO DI POMPA INFUSIONALE	CND	A.S.L. ROMA 1 (EX AZIENDA U.S.L. ROMA "E")	IFO	POLICLINICO TOR VERGATA	EX AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	ASL ROMA 2 - EX AZIENDA U.S.L. ROMA "C"	A.O. SANDREA	FABBISOGNO BIENNALE TOTALE
104	1	Manipolo elettrocoagulatore bipolare a radiofrequenza combinata con soluzione salina per emostasi di tessuti molli ed ossa, elettrodo da 6 mm	K02	0	0	0	0	400	100	500
104	2	Manipolo elettrocoagulatore bipolare a radiofrequenza combinata con soluzione salina per emostasi di tessuti molli ed ossa, elettrodo da 6 mm, con fonte luminosa al led per migliore visione intraoperatoria		0	0	0	0	160	60	220

Relativamente alle misure dei dispositivi offerti la fornitura in oggetto sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Le ditte possono offrire prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara che li riterrà idonei solo nel caso in cui garantiscano la medesima funzionalità d'uso.

SUTURATORI

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I LOTTI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

N.	CRITERI	PUNTEGGI TECNICI
1	ERGONOMICITA'	
1A	ERGONOMICITA' E VERSATILITA': IMPUGNATURA-FORMA-DIMENSIONE. UTILIZZO CON UNA SOLA MANO, IL NON PROCURARE DOLORE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE, CON L'USO PROLUNGATO, NE' DECURBITI O CALLOSITA'	5,8333
1B	SEMPLICIAZIONE DEL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO	5,8333
2	CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE VALUTABILI DA SCHEDE TECNICHE	
2A	CORRISPONDENZA ALLA SCHEDA TECNICA E CAMPIONATURA(OVE RICHIESTA)	7,5833
2B	CORRISPONDENZA AGLI INDIRIZZI TERAPEUTICI	7,5833
3	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
3A	QUALITA' DEI MATERIALI	5,8333
3B	TENUTA, PRESA, TAGLIO, LINEA DI SUTURA, ATRAUMATICITA'	5,8333
4	RESISTENZA, SICUREZZA E AFFIDABILITA'	
4A	AFFIDABILITA' DELLA FUNZIONALITA' DELLO STRUMENTO IN RELAZIONE ALLE VARIE DESTINAZIONI D'USO	7,5833
4B	SICUREZZA DEL PRODOTTO RIVOLTO ALL'OPERATORE ED AL PAZIENTE CON DECLINAZIONI VARIABILI IN FUNZIONE AL LOTTO DI RIFERIMENTO	7,5833
5	BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA	5,8333
6	ASSISTENZA POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA-AMMINISTRATIVA, TEMPI DI CONSEGNA, TUTORIAL, ECC.)	5,8333
7	CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA/TRACCIABILITA'	4,6666
TOTALE		70,00

TROCAR

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I LOTTI: 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 99, 100 e 103.

N.	CRITERI	PUNTEGGI TECNICI
1	ERGONOMICITA'	
1A	ERGONOMICITA' E VERSATILITA'. IMPUGNATURA-FORMA-DIMENSIONE. UTILIZZO CON UNA SOLA MANO. IL NON PROCURARE DOLORE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE. CON L'USO PROLUNGATO, NE' DECUBITI O CALLOSITA'	5,8333
1B	SEMPLIFICAZIONE DEL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO	5,8333
2	CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE VALUTABILI DA SCHEDE TECNICHE	
2A	CORRISPONDENZA ALLA SCHEDA TECNICA E CAMPIONATURA (OVE RICHIESTA)	8,7500
2B	CORRISPONDENZA AGLI INDIRIZZI TERAPEUTICI	8,7500
3	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
3A	QUALITA' DEI MATERIALI	8,1667
3B	TENUTA, PRESA, TAGLIO, LINEA DI SUTTURA, ATRAUMATICITA'	8,1667
4	RESISTENZA, SICUREZZA E AFFIDABILITA'	
4A	AFFIDABILITA' DELLA FUNZIONALITA' DELLO STRUMENTO IN RELAZIONE ALLE VARIE DESTINAZIONI D'USO	9,3333
4B	SICUREZZA DEL PRODOTTO RIVOLTO ALL'OPERATORE ED AL PAZIENTE CON DECLINAZIONI VARIABILI IN FUNZIONE AL LOTTO DI RIFERIMENTO	9,3333
5	ASSISTENZA POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA-AMMINISTRATIVA, TEMPI DI CONSEGNA, TUTORIAL, FCC.)	2,3333
6	CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA/TRACCIABILITA'	3,5000
	TOTALE	70,00

CLIP

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I LOTTI: 24, 25, 26, 27, 55, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 71, 72 e 73.

N.	CRITERI	PUNTEGGI TECNICI
1	ERGONOMICITA'	
1A	ERGONOMICITA' E VERSATILITA'. IMPUGNATURA-FORMA-DIMENSIONE, UTILIZZO CON UNA SOLA MANO, IL NON PROCURARE DOLORE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE, CON L'USO PROLUNGATO, NE' DECURBITI O CALLOSITA'	7,5833
1B	SEMPLIFICAZIONE DEL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO	7,5833
2	CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE VALUTABILI DA SCHEDE TECNICHE	
2A	CORRISPONDENZA ALLA SCHEDE TECNICA E CAMPIONATURA(OVE RICHIESTA)	7,0000
2B	CORRISPONDENZA AGLI INDIRIZZI TERAPEUTICI	7,0000
3	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
3A	QUALITA' DEI MATERIALI	8,7500
3B	TENUTA, PRESA, TAGLIO, LINEA DI SUTURA, ATRAUMATICITA'	8,7500
4	RESISTENZA, SICUREZZA E AFFIDABILITA'	
4A	AFFIDABILITA' DELLA FUNZIONALITA' DELLO STRUMENTO IN RELAZIONE ALLE VARIE DESTINAZIONI D'USO	8,7500
4B	SICUREZZA DEL PRODOTTO RIVOLTO ALL'OPERATORE ED AL PAZIENTE CON DECLINAZIONI VARIABILI IN FUNZIONE AL LOTTO DI RIFERIMENTO	8,7500
5	BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA	
6	ASSISTENZA POST-VENDITA (FORMAZIONE , ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA-AMMINISTRATIVA, TEMPI DI CONSEGNA , TUTORIAL, ECC.)	2,3333
7	CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA/TRACCIABILITA'	3,5000
TOTALE		70,00

STRUMENTI/ACCESSORI (FILI, PINZE, RETRATTORI, PROTETTORI, ANELLI PER BENDAGGIO)

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I LOTTI: 8, 10, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 98 e 101.

N.	CRITERI	PUNTEGGI TECNICI
1	ERGONOMICITA'.	
1A	ERGONOMICITA' E VERSATILITA'. IMPUGNATURA-FORMA-DIMENSIONE; UTILIZZO CON UNA SOLA MANO, IL NON PROCURARE DOLORE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE, CON L'USO PROLUNGATO, NE' DECURBITI O CALLOSIITA'.	7,5833
1B	SEMPLIFICAZIONE DEL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO	7,5833
2	CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE VALUTABILI DA SCHEDE TECNICHE	
2A	CORRISPONDENZA ALLA SCHEDA TECNICA E CAMPIONATURA(OVE RICHIESTA)	8,1667
2B	CORRISPONDENZA AGLI INDIRIZZI TERAPEUTICI	8,1667
3	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
3A	QUALITA' DEI MATERIALI	7,5833
3B	TENUTA, PRESA, TAGLIO, LINEA DI SUTURA, ATRAUMATICITA'.	7,5833
4	RESISTENZA, SICUREZZA E AFFIDABILITA'.	
4A	AFFIDABILITA' DELLA FUNZIONALITA' DELLO STRUMENTO IN RELAZIONE ALLE VARIE DESTINAZIONI D'USO	7,5833
4B	SICUREZZA DEL PRODOTTO RIVOLTO ALL'OPERATORE ED AL PAZIENTE CON DECLINAZIONI VARIABILI IN FUNZIONE AL LOTTO DI RIFERIMENTO	7,5833
5	BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA	2,3333
6	ASSISTENZA POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA-AMMINISTRATIVA, TEMPI DI CONSEGNA, TUTORIAL, ECC..)	2,3333
7	CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA/TRACCIAIBILITA'.	3,5000
	TOTALE	70,00

ENERGIA (RADIOFREQUENZA)

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I LOTTI:89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102 e 104.

N.	CRITERI	PUNTEGGI TECNICI
1	ERGONOMICITA'	
1A	ERGONOMICITA' E VERSATILITA'. IMPUGNATURA-FORMA-DIMENSIONE. UTILIZZO CON UNA SOLA MANO, IL NON PROCURARE DOLORE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE, CON L'USO PROLUNGATO, NE' DECURBITI O CALLOSITA'	4,6666
1B	SEMPLIFICAZIONE DEL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO	4,6666
2	CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE VALUTABILI DA SCHEDE TECNICHE	
2A	CORRISPONDENZA ALLA SCHEDE TECNICA E CAMPIONATURA(OVE RICHIESTA)	8,7500
2B	CORRISPONDENZA AGLI INDIRIZZI TERAPEUTICI	8,7500
3	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
3A	QUALITA' DEI MATERIALI	6,4166
3B	TENUTA, PRESA, TAGLIO, LINEA DI SUTURA, ATRAUMATICITA'	6,4166
4	RESISTENZA, SICUREZZA E AFFIDABILITA'	
4A	AFFIDABILITA' DELLA FUNZIONALITA' DELLO STRUMENTO IN RELAZIONE ALLE VARIE DESTINAZIONI D'USO	7,0000
4B	SICUREZZA DEL PRODOTTO RIVOLTO ALL'OPERATORE ED AL PAZIENTE CON DECLINAZIONI VARIABILI IN FUNZIONE AL LOTTO DI RIFERIMENTO	7,0000
5	BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA	5,8333
6	ASSISTENZA POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA-AMMINISTRATIVA, TEMPI DI CONSEGNA, TUTORIAL ECC..)	7,0000
7	CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA/TRACCIABILITA'	3,5000
TOTALE		70,00

POLIUSO

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER I LOTTI: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88.

N.	CRITERI	PUNTEGGI TECNICI
1	ERGONOMICITA'	
1A	ERGONOMICITA' E VERSATILITA'. IMPUGNATURA-FORMA-DIMENSIONE, UTILIZZO CON UNA SOLA MANO, IL NON PROCURARE DOLORE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE, CON L'USO PROLUNGATO, NE' DECURBITI O CALLOSITA'	8,7500
1B	SEMPLIFICAZIONE DEL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO	8,7500
2	CARATTERISTICHE TECNICHE-QUALITATIVE VALUTABILI DA SCHEDE TECNICHE	
2A	CORRISPONDENZA ALLA SCHEDE TECNICA E CAMPIONATURA (OVE RICHIESTA)	5,8333
2B	CORRISPONDENZA AGLI INDIRIZZI TERAPEUTICI	5,8333
3	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
3A	QUALITA' DEI MATERIALI	5,8333
3B	TENUTA, PRESA, TAGLIO, LINEA DI SUTURA, ATRAUMATICITA'	5,8333
4	RESISTENZA, SICUREZZA E AFFIDABILITA'	
4A	AFFIDABILITA' DELLA FUNZIONALITA' DELLO STRUMENTO IN RELAZIONE ALLE VARIE DESTINAZIONI D'USO	8,7500
4B	SICUREZZA DEL PRODOTTO RIVOLTO ALL'OPERATORE ED AL PAZIENTE CON DECLINAZIONI VARIABILI IN FUNZIONE AL LOTTO DI RIFERIMENTO	8,7500
5	ASSISTENZA POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA-AMMINISTRATIVA, TEMPI DI CONSEGNA, TUTORIAL ECC.)	11,6666
TOTALE		70,00