Allegato 13

ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO
IRCCS RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

SSD-DIAGNOSTICHE MICROSCOPICHE ED ULTRASTRUTTURALI ISG

Leggasi (Comunicazione Direzione di Presidio e Generale 2009):

UOD DERMATOPATOLOGIA ISG

Resp.le Dr. P. Donati

Dr.ssa S. Di Giovanni

UOC Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

Oggetto : Capitolato gara per la fornitura di Sistemi Dedicati alla UOD Dermatopatologia ISG, Ex SSD-DIAGNOSTICHE MICROSCOPICHE ED ULTRASTRUTTURALI ISG.

Lotto unico: Service di Dermo-Istopatologia . Spesa annuale prevista: 5400,00

Durata dell'appalto: 24 mesi. Modalità attribuzione punteggio: 50 qualità; 50 prezzo

Rispondenze di gara:

- Sistema automatico per colorazione e montaggio allestimenti dermo-istopatologici
- Fornitura beni di consumo e reagenti per l'espletamento di circa 18000 preparati annui costituiti da n° 6 kits annui per 3000 vetri , con costo unitario per colorazione pari ad Euro 3,00 IVA esclusa (come da determinazione dell' Osservatorio Regionale Lazio 2012) comprensivi di:
  1. Biocassette in vari colori (3000pz a fornitura)
  2. Vetrini portaoggetto (3000pz a fornitura)
  3. Vetrini copri oggetto (3000pz a fornitura)
  4. Ematossilina (1 conf. da 5lt a fornitura)
  5. Eosina alcolica (1 conf. da 5lt a fornitura)
  6. Montante Xilolo free (1 flacone a fornitura)
  7. Miscela alcolica a base di etanolo 100 (32conf. da 5lt a fornitura)
  8. Miscela alcolica a base di etanolo 95 (32conf. da 5lt a fornitura)
  9. Acqua demineralizzata (75 conf. da 5lt a fornitura)

UOSD - Diagnostiche [illegible]
UOSD - [illegible]
Dr. Piero Donati
RESPONSABILE

10. Diafanizzante sostitutivo dello xilene a base di isoparaffine pura (32conf. da 5lt a fornitura)
11. Lame monouso per microtomia (1 conf. da 500 pz a fornitura)
12. Paraffina ad alta infiltrazione(4 conf. da 8Kg ciascuna in pacchi da 1Kg)

- Assistenza specialistica Full risk

CAPITOLATO PER COLORATORE E MONTAVETRINI

REQUISITI MINIMI:

REQUISITI	SI/NO
Strumentazione automatica per colorazioni istologiche ed istochimiche di ultima generazione.	
Capacità operativa di almeno 330 vetrini per colorazione	
Strumentazione con personalizzazione dei protocolli fino a 15	
La strumentazione deve avere la possibilità di collegarsi ad una stazione di trasferimento dal coloratore al montatore tale da diventare una unica postazione di colorazione e montaggio con la possibilità di utilizzo a richiesta del solo coloratore o del solo montatore	
Capacità di montaggio vetrini copri oggetto fino a 400 vetri ora anche di diverse misure	
Il montatore deve eliminare automaticamente i vetrini copri oggetto rotti o falliti.	

REQUISITI PREFERENZIALI A PUNTEGGIO:

REQUISITI	SI/NO	Punteggio
Il sistema deve avere la possibilità di trattare volumi pari a 330 vetri per protocollo di colorazione.		5
Possibilità di programmare la corsa successiva a strumento funzionante.		5
Possibilità di effettuare sparaffinatore on board.		10
Possibilità di trasferimento automatico al montatore di vetrini		10
Montatore in grado di eliminare i vetrini copri oggetto in automatico		10
Montatore in grado di utilizzare mezzo di montaggio xilolo free.		5
Presenza di centri di assistenza tecnica regionali gestiti dalla casa del produttore della strumentazione.		5

Roma 16/10/2014

UOSD - Dermatopatologia ISG
Dr. Pietro Donati
RESPONSABILE

Dr. Pietro Donati

Resp.le UOD-Dermatopatologia ISG

Ex SSD-DIAGNOSTICHE MICROSCOPICHE ED ULTRASTRUTTURALI ISG